

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.12.2024

Sayı: 84
Konu: 2 KALEM ASPİRASYON SONDA (NO:14-16) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.12.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASPİRASYON SONDASI NO:14			2000	Adet		
2	ASPİRASYON SONDASI NO:16			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ASPIRASYON KATETERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Orafarenks ve trekea içindeki biriken salguların emilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır. 3. Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır. 5. Ürün travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır. 6. Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır 7. Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm. olmalıdır. 8. Ürün konnektörü konik şekilde funnel girişli olmalıdır. 9. Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir. 10. Ürün uç kısmı, çam ucuna uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DURMUŞ
EYLACI

Özlem Gümüş
EYLACI

TALEP GEREKÇE

DMO ihalesinden bu malzemeler istenmiş olup ihale iptal edilmiş yeniden ihale edileceği belirtilmiştir. İhale yapılana kadar yetecek malzememiz bulunmamaktadır. Bundan dolayı doğrudan temine çıkmıştır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DURMUŞ
ECZACI

Örlem bemiş
Tus

ASPIRASYON KATETERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Orafarenks ve trekea içindeki biriken salgıların emilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır. 3. Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır. 5. Ürün travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır. 6. Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır. 7. Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm. olmalıdır. 8. Ürün konnektörü konik şekilde funnel girişli olmalıdır. 9. Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir. 10. Ürün uç kısmı, çam ucuna uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim BİRMUŞ

Özlem Basmış
V. M. D.

TALEP GEREKÇE

DMO ihalesinden bu malzemeler istenmiş olup ihale iptal edilmiş yeniden ihale edileceği belirtilmiştir. İhale yapılanaya kadar yetecek malzememiz bulunmamaktadır. Bundan dolayı doğrudan temine çıkmıştır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DURMUŞ
ECZACI

Örlem Gemiş

İmza