

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.12.2024

Sayı: 800

Konu: 2 KALEM UZATMA HATTI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.12.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	UZATMA HATTI 250 PSİ M/F 120CM			2000	Adet		
2	UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 120CM			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BASINÇ UZATMA HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır
- 2) Male-female tiplerinde sonlanmalıdır
- 3) 120 cm uzunlukta olmalıdır.
- 4) 250 PSI ve 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- 5) Radyopak çizgili olmalıdır
- 6) Steril paketlenmiş olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DÜRMÜŞ
Eczacı

Ölüm bümü
Jus

BASINÇ UZATMA HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır
- 2) Male-female tiplerinde sonlanmalıdır
- 3) 120 cm uzunlukta olmalıdır.
- 4) 250 PSI ve 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- 5) Radyopak çizgili olmalıdır
- 6) Steril paketlenmiş olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DURMUŞ
ECZACI

Örlem Bırmaz
Tuz

BASINÇ UZATMA HATTI DOĐRUDAN ALIM GEREKÇESİ

Yođun bakım ünitelerimiz de perfüzyon pompası ve serum seti uzatma aparatı olarak kullanmakta olduđumuz Basınç uzatma hattı hastanemiz sarf depo biriminde bulunmamakta olup, bu ihtiyaca binaen bu alım gerekçesini yazmayı uygun gördük. Hasta tedavilerinde basınç uzatma hattı ihtiyacımız mevcuttur.

Ađrı Eğitim ve Araştırma
Hastahane
İbrahim DÜRMÜŐ
ECZACI

Özkan Gümüş
Jan

BASINÇ UZATMA HATTI DOĐRUDAN ALIM GEREKÇESİ

Yođun bakım ünitelerimiz de perfüzyon pompası ve serum seti uzatma aparatı olarak kullanmakta olduđumuz Basınç uzatma hattı hastanemiz sarf depo biriminde bulunmamakta olup, bu ihtiyaca binaen bu alım gerekçesini yazmayı uygun gördük. Hasta tedavilerinde basınç uzatma hattı ihtiyacımız mevcuttur.

Ađrı Eđilim ve Arařtırma
Hastane
İbrahim BURMUŐ
ECZACI

Özkan GÖRÜŐ
İ