



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-262778637
Konu : Teklife Davet

17.12.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **GÜRÜLTÜ ALANLARINDA ÇALIŞAN PERSONELLER İÇİN 30 ADET GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 23/12/2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK	ADET	30		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A66C014B-AFFD-4CB2-BDF5-9D05F2FEA051

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kulaklık EN 352 standartına uygun, CE belgeli olmalıdır.
2. Kulaklık kafa bantlı olmalıdır.
3. Kulaklığın içe kıvrık pedleri gerekli korumayı ve kulak pedlerinin kolay ve çabuk değiştirilmesini sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
4. Kulaklık yastıklı kafa bandı sayesinde uzun süre kullanım sağlayabilmelidir.
5. Kulaklık koruma değeri 31 dB'ye kadar gürültü seviyelerini azaltmalıdır.
6. Kulaklık yastıklarının değiştirilebilir olmasıdır.
7. Kulak içinde nem ve ısı oluşumunu azaltacak nitelikte olmalıdır.
8. Hafif ve ince yapısı sayesinde kolay taşınabilir özellikte olmalıdır.
9. Her bir kulaklık üretici firmaya ait özel ambalaj veya kutu içerisinde olacaktır. Paket üzerinde; ürünün modeli, üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Her paket içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu ve ürüne ait koruma değerlerini gösteren tablo yer alacaktır.
10. Ürün önce 1 adet numune Ayniyat depoya gönderilecek numune değerlendirilmesi yapılacaktır.
11. Numune değerlendirmesinden sonra sipariş çekilecektir.
12. Ürün görseli temsilidir.



Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Yılmaz
Mühür
Taahhüt Yetkilisi

DOÇ. DR. YASAR ERGİL MAZ
DOĞUR AYAZIT DEVLET HASTAHANASI
Fikret ERDOĞAN

Ambar Birimi