

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.12.2024

Sayı: 293

Konu: KONİCA MONİLTA MARKA REGİUS SİGMA2 MODEL CR SİSTEMİ YILLIK BAKIM ONARIMI (Yılda 2 Defa)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/A maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.12.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KONİCA MONİLTA MARKA REGİUS SİGMA2 MODEL CR SİSTEMİ YILLIK BAKIM ONARIMI (Yılda 2 Defa)			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını imzalı kaşeli olacak şekilde teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

2025 Mali Yılı Konica Minolta Regius Sigma2 Cr Sistemi
Bakım – Onarım Hizmeti Teknik Şartnamesi

1. Cihazın Tanımı: AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü Patnos Devlet Hastanesi röntgen bölümünde çalışan durumda bulunan 1 set Regius Sigma2 CR sistemi, konsolu ve aksesuarları .
2. Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, arıza olasılıklarını azaltmak, kullanım ömrünü ve verimliliğini artırmak, arıza tamir bedelini azaltmak amacıyla, önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan her türlü bakım, ayar, kontrol, müdahale ve kalibrasyonları kapsamaktadır.
3. Bakımlar altı aylık periyotlarda yapılacaktır.
4. Arıza giderme: Tanımı yapılan cihazın arızalanması durumunda teknik prospektüsünde yazılı işlem ve performansın yeniden istenilen ölçülerde yerine getirmesinin sağlanmasıdır.
5. Hizmetin Sağlanması:
 - a. Koruyucu bakım ayda 1 kez saat 08.00 – 16.00 saatleri arasında, hafta içi çalışma günlerinde, önceden her iki tarafın anlaşmaları tarihlerde yapılacaktır. Firmanın talebi ve kabulü durumunda bakımlar resmi tatil günlerine de alınabilir.
 - b. Arıza giderme işlemi, mesai saatleri içinde firmanın sözleşmede bildirdiği faksa ya da diğer elektronik ortamlara idarenin yapacağı çağrıdan en geç 4 (dört) saat içinde başlayacak, parça gerektirmeyen durumlarda çağrı gelmesinden sonra toplam 36 (otuzaltı) saat içinde cihazlar çalışır hale getirilecektir. Parça gerektiren durumlarda yukarıda tanımlanan 36 (otuzaltı) saat içinde gerekli tespitler yapıp idareye gerekli parçaların adları ve fiyat listesi verilecek, Teklif edilen fiyat ekte istenilen listedeki fiyatından fazla olamaz. Teklif edilen fiyat ve işlemin idarece onaylanmasından sonra, stoklarda olması halinde 48 (kırksekiz) saat içinde gerekli parçalar temin edilerek cihaz çalışır duruma getirilecektir. Parçanın temininde hava ve kara ulaşımının mücbir nedenle olmaması, gümrüklerin çalışmaması durumunda da bu süre nedenin ortadan kalkmasına kadar ertelenir.
 - c. Rutin bakım onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak ve onarım öncesinde varolan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
 - d. Bakımlar ve onarımlar üretici firma talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
 - e. Cihazın her bakımı, onarımı veya yedek parça değişimi sonucu cihazın genel kalibrasyonu yapılacak ve kontrol edilecektir. Arızalı, çıkma, hasarlı veya kullanılmış yedek parçalar sistemde denenmeyecektir ve hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
 - f. Bakım onarım ve kalibrasyonlar sırasında kullanılacak olan tüm ölçüm ve test cihazlarına ait detaylı liste istenildiğinde takdirde ibraz edilecektir.
6. Firma her yaptığı işlemi ve müdahaleyi ayrıntılı biçimde rapor edecek, varsa sökülen ve değişen parçaların seri numaralarını belirtecek, raporda cihazın sağlıklı çalışması için varsa gerekli önlem ve daha sonra gerekebilecek parçaların teminini idareye tavsiye edecektir.
7. Arıza giderme işlemi sırasında, parça tamamen yeni olarak değiştirilecek, tamir görmüş ya da kullanılmış parça takılmayacaktır. Parçalar en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır. Değiştirilen eski parçalar hastaneye teslim edilecektir. Bunun sonradan tespiti durumunda sözleşme feshedilecek, parçaya ödenen miktar, döviz ve TL' nin hangisi yüksekse o miktar esas alınarak, firmadan iki katı olarak yasal faizin iki katı oranında faiz de ilave edilerek geri istenecektir. Parçaların tamiri mümkünse yapılacak, buna karşılık sadece malzeme masrafları talep edilerek tamiri yoluna gidilecektir. Daha sonradan parçanın tamiri mümkün iken değiştirildiği saptanırsa %2' si oranında ceza uygulanacaktır.
8. Cihazın tamiri ve bakımında orijinal parça kullanılacaktır. İstenildiği takdirde firma malzemeyi üreticinin resmi kanallarından temin ettiğini belgeleyecektir. Arızaların giderilmesi için gerekli olan parçalar firma tarafından, daha önceden verilen yedek parça fiyat listesi üzerinden sağlanacaktır. Stoklarda bulunmayan

Dr. Sümeriye SEKMEN
Bakım Sorumlusu
Dip No: 169935
Patnos Devlet Hastanesi

Beyal TAŞKIN
Radyoloji Birim Sorumlusu
Patnos Devlet Hastanesi

Rad. Tek.
Ahmet Kılıç

parçalar için yurt dışından ithal süresi, arızanın giderilmesi için gerekli olan süre 30 (otuz) günü geçmeyecektir. Süre 96 saati geçtiği durumlarda firma hastaneye geçici olarak kullanılmak üzere cihaz tahsis edecektir.

9. Bakımlar, test filmi çekilerek ve nihai cihaz durumu hakkında Teknik Servis Raporu hazırlanarak yazılı belgelenecektir. Teknik raporlar 3 kopya halinde düzenlenecek, birim çalışanına ve hastane teknik personeline imzalatılacaktır. Bir kopya yüklenicide, bir kopya birime teslim edilecek, bir kopya da faturanın ekinde idareye teslim edilecektir.
10. Firmalar teklifleriyle birlikte tüm yedek parça listesini karşılarında döviz cinsinden fiyatlarıyla birlikte vereceklerdir. Firma hiçbir şekilde listede belirttiği fiyatın üstünde fiyat teklif edemeyecektir. Listedeki yer almayan yedek parça talebi karşılanmayacak ve bu parçaların firma tarafından ücretsiz değiştirilmesi istenecektir.
11. Cihazın servis işi için teklif verecek firma yeterliliğini belgeleyecektir. Firmanın TS12426 standartlarına göre TSE Belgesi, Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
12. Bakım için teklif verecek firma ilgili cihaz servisi verebilmek için eğitim aldığını belgeleyecektir. Yetkili firmanın bünyesinde bulunan mevcut teknik elemanların adları ve eğitim durumları ve sertifikaları liste halinde verilecektir. (diploma vb. belgeler ekli olacaktır.) Servis yalnızca bu elemanlar tarafından yapılabilecektir. Yüklenici taahhütlerini hiçbir şekilde başka bir firmaya veya kişiye devredemez, kendi elemanı dışında başka bir firma elemanını bakımlarda kullanamaz.
13. Sözleşmenin, firmanın kusuru nedeniyle iptali durumunda, sözleşmenin kalan süresi için idare yeni bir firma ile anlaşma yapacak ve aralarındaki fiyat farkı var ise bu miktar kusurlu firmadan talep edilecektir.
14. Periyodik bakımlarda kullanılacak tüm takım donanım firma tarafından karşılanarak, bakımda yapılan işlemlerin kontrol listesini, kullanıcı ve yapan kişi imzalayacaktır.
15. Sözleşme kapsamında bakımı yapılacak cihazlar;

Bulunduğu Yer	Marka	Model	Seri No	Durumu
Röntgen	Konica Minolta	Regius Sigma2	A5ER-52069	Çalışır Durumda

Dr. Sümeyye SEKMEN
Radyasyon Fizisyeni
Patnos Devlet Hastanesi

Erat TAŞKIN
Radyasyon Birim Sorumlusu
Patnos Devlet Hastanesi

Radyoloji Tek.
Ahmet Etilq