

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.12.2024

Sayı: 824

Konu: ORTOPEDI VE TRAVMALOJİ BİRİMİ HASTASI ZEMİNE KAYGUSUZ İÇİN 7 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.12.2024 saat: 09:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM DUAL KAPLAMALI (ÇİFT KAPLAMA)			1	Adet		
2	ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) DELİKLİ / DELİKSİZ ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ(AP1520)			1	Adet		
3	ASETABULAR LİNER AÇILI /AÇISIZ YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (AP1610)			1	Adet		
4	ASETABULAR VİDA COCR/TİTANYUM TÛM BOYLAR			4	Adet		
5	FEMORAL BAŞ 28MM COCR/TİTANYUM			1	Adet		
6	FEMORAL BAŞ 32MM COCR/TİTANYUM (AP1800)			1	Adet		
7	FEMORAL BAŞ 36MM VE ÜZERİ COCR/TİTANYUM			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### ÇİMENTOSUZ/ÇİMENTOLU TOTAL KALÇA PROTEZİ ÇİFT KAPLAMALI

1. Kullanılacak protezlerin tüm parçaları titubb kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2. Kalça deformasyonlarının iyileştirilmesinde kullanılan protezler titanyum malzemeden olmalıdır.
3. Stemler 9- 15mm arasında ölçülerinde her birinden 1 er adet olarak 7 boy set içerisinde yer almalıdır.
4. Stem 12/14 kona sahip olmalıdır. 130° açılı olmalıdır. Protezin boynu inpingmenti önlemek için parlatılmış olmalıdır.
5. Stemler 1/3 çift kaplamalı olmalıdır.
6. -Stem distal ayrı proximal farklı kaplamalardan oluşmaktadır.
7. Stemler yakalıksız olmalıdır.
8. Stemlerin en ucu parlatılmış ve konik olmalıdır.
9. Stemlerin raspaları modüler olmalı, aynı zamanda deneme protezi olarak kullanılabilmelidir,
10. Protezler kemik tutuculuğunu arttırmak için protezin yüzeyi kanallı olmalıdır.
11. Protez shaftlarının gövde kısımlarında çakma ve çıkarma işlemleri için tutucu deliği yer almalıdır.
12. Raspa üzerinden kalkar reamer yapılabilir. Setin içerisinde kalkar reamer bulunmalıdır.
13. Acetabular Shell Titanium alloy den (Ti6Al4V) standardlarında üretilmiş ve kaplamalı olmalıdır.
14. Shell ve liner kilitleme mekanizması gizli olmalıdır. Kolay yerleştirme ve çıkarma imkanı sağlamalıdır. Acetabullar cup 40-70 çaplarında olmalıdır.
15. Acetabullar da en az 3 vida delik olmalıdır.
16. Acetabular Shell'lerin çift kaplama seçeneği olmalıdır.
17. Acetabular vidaları 16mm den başlayıp 60mm e kadar olmalıdır. Acetabullar vidaları titanyum olup spongöz özellikte olmalıdır. Vidaların çapı en az 6mm olmalıdır.
18. Linerların polietilen seçeneğinde ve 0-15 derece açılı ve açısız (HXLPE) güçlendirilmiş malzemeden üretilmiş olmalıdır.
19. Setin içerisinde acetabular flexible diril flexible size ölçer bulunmalıdır.
20. Setin içerinde motor ucu ve tornavida ucu uyumlu 3 adet düz şteyman bulunmaktadır.
21. Acetabular cup'ın proteze tam uyumu ve kemik - protez temas yüzeyinin sağlıklı değerlendirilmesi için denemeleri olmalıdır.
22. Orijinal acetabular Shell kompenent içerisine deneme liner sökölüp takılabilir. Deneme yapılabilir olmalıdır. Liner çakıcı ve liner tutucu olmalıdır. Denemeleri olmalıdır
23. Femoral headler kalça deformasyonlarının iyileştirilmesinde protezlerle birlikte kullanılan Modüler Küreler CoCr malzemeden olmalıdır ve denemeleri orjinalle aynı olmalıdır

- Ø28 modüler küreler -3/0/3/6/9 ölçülerinde set içerisinde yer almalıdır

- Ø32 - Ø36 modüler küreler -6/-3/0/3/6/9 ölçülerinde set içerisinde yer almalıdır.

İstenildiği takdirde ürüne ait malzeme spektlerini içeren kalite belgesi, yapılan etilenoksit, kimyasal ve fiziksel test ve deney sonuçları gösterir raporlar ibraz edilmelidir.

Bütün ürünler çift paket gama steril olup kutulu olmalıdır. Aynı zamanda kutu üzerinde steril tarihi ile son kullanma tarihi yazmalıdır.

AGRI ENSTİTÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Op. Dr. İbrahim Ömer KURT  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. Tes. No: 167791

SAGLIK BAKANLIĞI  
SİRİZE İNİ VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Op. Dr. Alperen ÖZTÜRK  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 186847