

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.12.2024

Sayı: 831

Konu: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTASI MAKBULE SALTAN İÇİN 6 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.12.2024 saat: 09:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KORUYAN ÇİMENTOLU COCR/TİTANYUM KAPLAMASIZ (AP2300)			2	Adet		
2	TİBİAL İNSERT SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX UHMW POLİETİLEN (AP2620)			2	Adet		
3	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN ÇİMENTOLU TİTANYUM/COCR KAPLAMASIZ (AP2230)			2	Adet		
4	TİBİAL KOMPONENT ANATOMİK/ NON ANATOMİK KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOLU COCR/TİTANYUM KAPLAMASIZ (AP2800)			2	Adet		
5	TİBİAL İNSERT SABİT BAĞ KESEN COCR/TİTANYUM			2	Adet		
6	PATELLAR KOMPONENT UHMW POLİETİLEN TÜM BOYLAR			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde

Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**SABİT İNSERTLİ
TOTAL DİZ PROTEZİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KOMPONENTLER		SUT KODU
Femoral Komponent	CR(Bağ koruyan)	AP2300
Tibial Insert	CR (Bağ koruyan)	AP2620
Femoral Komponent	PS(Bağ kesen)	AP2230
Tibial Komponent		AP2800
Tibial Insert	PS(Bağ kesen)	AP2580
Patellar Komponent		AP2420

- 1) Femoral Komponent CoCr alaşımdan mamül olmalıdır.
- 2) Femoral Komponent anatomik olmalı sağ ve sol ayrımı yapılabilmelidir.
- 3) Femoral Komponentler Sağ ve Sol olarak 5 değişik boyda olmalıdır.
- 4) Femurun iç ve dış rotasyon açısı tek aparat üzerinden sağ ve sol olarak ayrı ayrı ($3^{\circ}, 5^{\circ}, 7^{\circ}, 9^{\circ}$ açı) verilebilmelidir.
- 5) Femoral komponentlerin kemikle temas eden yüzeyleri çimentonun tutunumunu artıracak şekilde pürüzlü olmalıdır.
- 6) Femoral komponentlerin üzerinde iki adet peg mevcut olmalıdır.
- 7) Femoral Komponent pcl kesen & pcl koruyan özelliği taşınmalıdır. Her iki durumda da tek setle kullanıma imkan vermelidir. 4 kesi blokları üzerinden peg delikleri açılabilmelidir.
- 8) Femoral kesi blokları, 4 kesiyi aynı blokla yapabilmeli ve her 5 ölçü için için ayrı ayrı olmalıdır.
- 9) Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır.
- 10) Tibial Komponent CoCr alaşımdan mamül olmalıdır.
- 11) Tibial Komponent kesi açısı kendinden slot verilebilmelidir.
- 12) Tibial insertler 5 farklı ölçüde ve 5 farklı yüksekliğe (9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm) olmalıdır.
- 13) Tibial komponentlerin kemikle temas eden yüzeyleri çimentonun tutunumunu artıracak şekilde pürüzlü olmalıdır.
- 14) Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi sağlayan ve yük, stres transferine olanak sağlayacak kemik içine gömülen çıkıntı ve kanatlı yapıda parçası olmalıdır.
- 15) Tibial Komponent insertleri pcl kesen & pcl koruyan özelliği taşınmalıdır. Her iki durumda da kullanıma imkan vermelidir.
- 16) Tibial komponent insert sistemine uygun olmalı, çıkmayı önleyici kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 17) Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm çaplarında 4 ayrı boy seçeneği olmalıdır.
- 18) Ürünler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 19) Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası ve ürün son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.
- 20) Kullanılacak protezin tüm parçaları TITUBB'ye kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı ile SGK dan onaylı olmalıdır.
- 21) Protezlerin CE belgesi, Tasarım İnceleme belgesi ve Tam Kalite Güvence Sistemi Belgeleri mevcut olmalıdır.
- 22) Çıkma setleri tam ve eksiksiz olmalıdır. Ameliyat için kesici motor sağlanabilmelidir.

Ameliyathane ve Sterilizasyon
Op. Dr. İbrahim Güneş
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıp. Tes. No: 12.119

Op. Dr. İbrahim Güneş
Tıp. Tes. No: 12.119

**SABİT İNSERTLİ
TOTAL DİZ PROTEZİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) Femoral Komponent CoCr alaşımdan mamül olmalıdır.
- 2) Femoral Komponent anatomik olmalı sağ ve sol ayrımı yapılabilmelidir.
- 3) Femoral Komponentler Sağ ve Sol olarak 5 değişik boyda olmalıdır.
- 4) Femurun iç ve dış rotasyon açısı tek aparat üzerinden sağ ve sol olarak ayrı ayrı (3°,5°,7°,9°açı)verilebilmelidir.
- 5) Femoral komponentlerin kemikle temas eden yüzeyleri çimentonun tutunumunu artıracak şekilde pürüzlü olmalıdır.
- 6) Femoral komponentlerin üzerinde iki adet peg mevcut olmalıdır.
- 7) Femoral Komponent pcl kesen& pcl koruyan özelliği taşımaktadır. Her iki durumda da tek setle kullanıma imkan vermelidir. 4 kesi blokları üzerinden peg delikleri açılabilirdir.
- 8) Femoral kesi blokları, 4 kesiyi aynı blokla yapabilmeli ve her 5 ölçü için için ayrı ayrı olmalıdır.
- 9) Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır.
- 10) Tibial Komponent CoCr alaşımdan mamül olmalıdır.
- 11) Tibial Komponent kesi açısı kendinden slot verilebilmelidir.
- 12) Tibial insertler 5 farklı ölçüde ve 5 farklı yüksekliğe (9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm) olmalıdır.
- 13) Tibial komponentlerin kemikle temas eden yüzeyleri çimentonun tutunumunu artıracak şekilde pürüzlü olmalıdır.
- 14) Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi sağlayan ve yük,stres transferine olanak sağlayacak kemik içine gömülen çıkıntı ve kanatlı yapıda parçası olmalıdır.
- 15) Tibial Komponent insertleri pcl kesen& pcl koruyan özelliği taşımaktadır. Her iki durumda da kullanıma imkan vermelidir.
- 16) Tibial komponent insert sistemine uygun olmalı, çıkmayı önleyici kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 17) Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm çaplarında 4 ayrı boy seçeneği olmalıdır.
- 18) Ürünler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 19) Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası ve ürün son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.
- 20) Kullanılacak protezin tüm parçaları TİTUBB'ye kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı ile SGK dan onaylı olmalıdır.
- 21) Protezlerin CE belgesi, Tasarım İnceleme belgesi ve Tam Kalite Güvence Sistemi Belgeleri mevcut olmalıdır
- 22) Çakma setleri tam ve eksiksiz olmalıdır. Ameliyat için kesici motor sağlanabilmelidir.

Op. Dr. İbrahim
Ortopedi
Dip. 157791

Op. Dr. İbrahim
Ortopedi
Dip. 157791