

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1521
KONU : Teklife Davet

18/12/2024


Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **FİSTÜL İĞNESİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19/12/2024** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER ETİLEN OKSİT 16 G	800	ADET		
2	FİSTÜL İĞNESİ, VEN ETİLEN OKSİT 16 G	800	ADET		


Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

1-FİSTÜL İĖNESİ, ARTER ETİLEN OKSİT, 16G - 800
2-FİSTÜL İĖNESİ, VEN ETİLEN OKSİT, 16G - 800

Engin YILDIZ
Tasarruflar Kayıt Akademi
Diyadin Devlet Hastanesi

SMT1737-FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN

SMT Temel İşlevi:	1. Hastanın fistülüne yerleştirilerek hemodiyaliz işleminin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	2. Fistül iğneleri ünitelerin isteği doğrultusunda 15G, 16G, 17G veya 18G aralığında seçenekleri olmalıdır. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır. 3. Her iki fistül iğnesinde de iğne boyları 2 - 3cm aralığında, fistül iğneleri tüp uzunluğu 15- 30cm olmalı, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır. 4. Arter fistül iğnesinde de dinamik kan akımını sağlamak ve iğnenin damar duvarına yapışmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliği olmalıdır. 5. Arter iğnelerinin kırmızı, ven iğnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır. 6. Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. Kullanıcı tercihi doğrultusunda değişiklik gösterecektir.
Teknik Özellikleri:	7. Arter ven iğneleri; pürüzsüz, apirojen, nontoksik ve atravmatik yapıda olmalıdır. 8. Arter ve ven fistül uçları 360 derece kendi etrafında dönecek şekilde olmalıdır. 9. İğneler tüm arter – ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
Genel Hükümler:	10. Standart sterilizasyon yöntemi ETO, antialerjik sterilizasyon yöntemi ise BUHAR veya GAMA olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve yöntemi orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 11. Fistül iğneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

Engin YILDIZ
Tasarruf Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

TUTANAK

ARTER FİSTÜL İĞNESİ VE VEN FİSTÜL İĞNESİ adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut DMO ihalesinde fiyat almamış olup. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için hemodiyaliz birimi adına acilen temin etmemiz gerekmektedir. 18/12/2024

Engin YILDIZ
TKY

5271

18.12.2024

150-03-03-
210113964

HEMODİYALİZ İÇİN ARTER
FİSTÜL İZNEŞİ 16G

HEMODİYALİZ İÇİN ARTER FİSTÜL İZNEŞİ 16G, DİYALİZ
FİSTÜL İZNEŞİ ARTER 16G

04968420706901

Oran/Anahlar

1000

1000

YUZGATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GORGUN DEVLET
HASTAHANESİ


Engin YILDIZ
Tasarruf Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi