



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

19.12.2024

Sayı : E-68917221-949-263041852
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **20 ADET TIBBİ GAZ PRİZ BAŞLIĞI OKSİJEN ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26/12/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TIBBİ GAZ PRİZ BAŞLIĞI OKSİJEN (BS-DIN-ISO-EN)	ADET	20		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklife birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D3DE38FC-0FC9-4230-8568-940F2E06A4E4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
c-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



MEDİKAL GAZ PRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal gaz prizleri sadece kendisine ait medikal gaz fişleriyle çalışacak şekilde her bir gaza ait farklılaşmış olarak üretilmiş olmalıdır. Bağlantı ölçüler BS5682, DIN EN 737/1 veya NF Standartlarında tarif edilen ölçülerde olmalıdır.
2. Prizler iki parçadan müteşekkil olmalıdır. Üst kısım prizin başlık kısmı, alt kısım ise taban bloğu ve sızdırmazlık parçalarından oluşmalıdır.
3. Prizin başlık kısmı alt kısma civata ile montaj yapılmalı ve söküldüğünde herhangi bir gaz kaçağı oluşmamalıdır. Böylece priz başlığı arızalandığında kolayca değiştirilebilmelidir.
4. Taban bloğu içindeki sibop aksamı priz sökülmeden takılabilmelidir.
5. Priz bağılığı, jak (prob) takıldığı zaman yaylı bir sistem ile kilitlemeli, söküleceği zaman dış kısımdan baskı uygulamak sureti ile kilidi açmalıdır.
6. Prizler, gazın cinsine uygun olan uluslar arası normlarda belirtilen renklerde üretilmiş olmalı, ayrıca aynı renklerdeki etiketlerle işaretlenerek gazın cinsi ve ilgili standart değerleri belirtilmelidir.
7. Gaz prizlerinin sisteme bağlanabilmesi için taban bloğunda 25 cm boyunda 10x1 mm ölçülerinde medikal bakır boru çıkışı olmalıdır.
8. Gaz prizleri, içerlerine toz, partikül vb. kaçmaması için ağzı kapatılmış poşetlerle paketlenerek sevk edilmelidir.
9. Monitör imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Masanın garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
10. Üretici firma TSE Hizmete Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
11. Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
12. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
13. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
14. Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır. Prizler CE belgeli olmalıdır

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARGAN
Biyomedikal Tekniker

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Neşe DUMUS
Biyomedikal Tekniker

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erol GÜNGÖR
Biyomedikal İşbirlikçi Kayıt yetkilisi