

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.12.2024

Sayı:301

Konu: EKO CİHAZI YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.12.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda: Gereğini rica ederim.

T.C.
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ULTRASON / USG / DOPPLER / EKO PROBU TAŞINABİLİR, KABLOSUZ, MOBİL UYGULAMA TABANLI			1	Adet		
2	EKOKARDİYOĞRAFİ SİNYAL İŞLEME KARTI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKO CİHAZI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Philips marka HD11XE model eko cihazı ile uyumlu olmalıdır
2. Ürün 1 yıl garantili olmalıdır.
3. Alınan prob, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
4. Teslimat sonunda, cihazın çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
5. Alınacak olan prob ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
6. Parça orijinal olmalıdır ve teslimat sırasında orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecek olup, denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Mahmut DEMİR
Açık Sorumlusu

Genel Denet
Tiby
Yönelim

Stommedkol Teknikleri
Fatmaur Allahvadi
F1

**EKO CİHAZI SİGNAL PROCESS BOARD (SİNYAL İŞLEME KARTI) TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

- Ürün Philips marka HD11XE model eko cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- Ürün orijinal olmalıdır ve en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- Teslimat sonunda, cihazın çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Cihazda herhangi bir sorun çıkması durumunda sorumluluk yükleniciye aittir.



Can Deniz Demir
Tic. Sic. No: 2727
Yer

Fatmaullah Alkayhan
Biyomedikal Teknikleri
F. Alkayhan



TIBBİ SAĞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT



Adres : HZ.ÖMER ÇARŞISI ENSTİTÜ
CAD:NO32 AĞRI MERKEZ
Telefon : +90 472 216 21 71 (Pbx)
Faks : +90 472 216 04 51
E-mail : info@safakmedikal.com
teknik@safakmedikal.com

№ 000140

TEKNİK SERVİS FORMU

Müdahale Saati:..... Bilgi Saati:.....

TARİH: 15.10.8.2024.

KURUM ADI: Patnos Devlet	CIHAZ ADI: Philips Ultrason	GARANTİ DURUMU
ADRESİ: Hastanesi	MODEL: HD 11	VAR <input type="checkbox"/>
TEL:	SERİ NO: US81179718	YOK <input checked="" type="checkbox"/>

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ:

Cihazda prob arızası var

YAPILAN İŞLEM:

Cihazın S4-2 probe arızası mevcut
Proben tanrı nimbın doğru yerisi olması lazım
Cihazda Signal process board arızası mevcut
değişmesi gerekli

EKSİK / KULLANILAN MALZEMELER:	ADET	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYAT
1 Signal Process board.	1 Adet		
2 S4-2 Probe	1 Adet		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TEKNİK SERVİS PERSONELİ SAFAK MEDİKAL Tıbbi Cihaz ve Malzemeleri Enstitüsü Enstitü Cad. No: 32 / 21100 AĞRI Tel: +90 472 216 21 71	TESLİM ALAN Mehmet Demir A. Demir	TOPLAM SERVİS KDV%.. TUTAR	

Size Özel Çözümler Sunar

www.safakmedikal.com