

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.12.2024

Sayı: 856
Konu: ÇİMENTO BONECEMENT YAPIŞTIRICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet KAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERİL KULAK KEMİK ÇİMENTOSU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KONU: Teknik Özellikler

Cam İyonomer Yapıştırma Simanı

- Ürün cam iyonomer esaslı olmalıdır.
- Kuron-köprü yapıştırma amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
- Metal inlay, onlay, ortodontik bant, endodontik post yapıştırılmasında kullanılabilir.
- Kaide materyali olarak da kullanılabilir.
- Düşük film kalınlığı olmalıdır.
- Flor salınımı yapabilecek, abrazyona dirençli olmalıdır.
- Dentine biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
- Çözünürlüğü en fazla % 0.2 olmalıdır.
- Radyopak olmalıdır.
- Yapıştırıcı, kendi kendine sertleşebilmelidir.
- Sertleşme süresi (karıştırma hariç) en az 3:30 dakika olmalıdır. Toplam donma süresi en fazla 7 dakika olmalıdır.
- Setin içerisinde en az 3 adet, en az 33 gramlık toz ve en az 3 adet, 12 ml.lik likit, en az 1 adet kaşık ve karıştırma kağıdı bulunmalıdır.
- Ürün orjinal ambalajının içinde Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Op. Dr. Seyfettin ASLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Klinik Başhekimliği
Dip. Tes. No: 157411
Uzm. Tes. No: 157411

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. A. Kurgay SÜZEN
KİB Uzmanı
Dip. Tes. No: 37222-31513

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. N. Esra KARAMAN
Klinik Başhekimliği
Dip. Tes. No: 157411
Uzm. Tes. No: 157411

Op. Dr. N. Esra KARAMAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. N. Esra KARAMAN
Dip. Tes. No: 157411
Uzm. Tes. No: 157411