

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.12.2024

Sayı: 858

Konu: Enjektör Adaptörü Lver-Lock Uçlu Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.01.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ LUER-LOCK UÇLU			1000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

### C) ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ

1. ürün; enjektör, pompa seti ve ilaç hazırlama cihaz setinden, kapalı ve iğneli ya da iğnesiz sistem ile sıvı karışımı ve aktarımın sağlayan çift yönlü kapalı sistem özelliğine sahip olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürün ilaç hazırlama aparatına ve özel kullanım gerektiğinde ilaç sızintisini önleyecek güvenliğin sağlanması için uyumlu konnektöre kapalı sistem oluşturacak şekilde sıvı aktarımı sağlamalı ve bunu gerçekleştirirken luer lock enjektörle kullanılabilir.
3. Teklif edilecek ürün tek parçalı veya oklu olmalı tedavi sırasında kullanılacak tüm antineoplastik ilaçlarla geçimli olmalı ve buna uygun materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Köpü konnektör mekanik olarak kapalı sistem oluşturmali; iğneli ya da iğnesiz geçiş imkân sağlamalıdır.
5. Enjektörün veya bağlantı setlerinin ucunda iken kapalı olan köprü konnektör veya enjektör adaptörü; ancak herhangi bir distal adaptör iğnesiz konnektörler dahil ile bağlandığında sıvı geçişine izin veren yapıda olmalıdır.
6. Ürünün erkek ucuna herhangi bir bağlantı bağlı olmadığında sıvı geçişine izin vermemelidir.
7. ürün; enjektör ucunda, enjektör ile flakondan sıvı alınırken, enjektördeki ilacı infüzyon torbasına sıvı aktarırken; veya herhangi bir infüzyon setinin distal ucunda kapalı sistem oluşturmak için kullanılabilir.
8. Tek tek steril olarak ambalajlanmış ürün EN standartlarına uygun olarak paketlenmelidir. ürün lateks, DEHP ve PVC içermemelidir.
9. Ürün ucundaki konnektör; antineoplastik ilaçlar ile geçimli olmalı, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilir.
10. Enjektör adaptörü flakon içindeki tüm ilacın ekilmesine olanak sağlamalıdır.
11. ürünün bir örneği mutlaka kullanılan birim tarafından görülüp onay verildikten sonra onaylanmalıdır.
12. Yakın miadlı ise ürünün değişiminde sorun yaşanmaması gerekip gerekli şekilde miadları yaklaşan ürünler değiştirilmelidir.

Doç. Dr. Kubilay KARABOYUN  
Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Kliniği  
Eğit. Tes. No: 165719  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  
Kubilay Karaboyun

Kubilay KARABOYUN  
Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Kliniği  
Eğit. Tes. No: 165719  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Doç. Dr. Turçay KOC  
Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Kliniği