

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.12.2024

Sayı: 871

Konu: ORTOPEDİ VE TRAVMALOJİ BİRİMİ HASTASI HANIM DEMİR İÇİN 10 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.01.2025 saat: 09:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	METAFİZİYEL KOMPONENT COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR (AP1130)			1	Adet		
2	HUMERAL STEM ÇİMENTOLU COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR (AP1100)			1	Adet		
3	HUMERAL STEM ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR (AP1110)			1	Adet		
4	HUMERAL STEM KİLİTLEME VİDASI COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR			4	Adet		
5	PROKSİMAL UZATMA PARÇASI-EKSTANSİYON COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR			1	Adet		
6	HUMERAL CUP (TERS OMUZ ) UHMW POLİETİLEN KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3060)			1	Adet		
7	GLENÖİD KOMPONENT(TERS OMUZ )TUM MATERYALLER KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3070)			1	Adet		
8	VİDA (TERS OMUZ ) KİLİTLİ/KİLİTSİZ POLİAKSİYAL/ MONOAKSİYAL TUM MATERYALLER KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3110)			4	Adet		
9	GLENÖİD BAŞ (TERS OMUZ)TUM MATERYALLER KAPLAMALI/ KAPLAMASIZ (AP3080)			1	Adet		
10	GLENÖİD KİLİTLEME VİDASI TERS PROTEZ DAHİL COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TERS (REVERSE) OMUZ PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sistemin parsiyel, total, reverse (ters omuz) ve revizyon seçenekleri olmalı ve hangisinin uygulanacağına intra-op karar verilebilmelidir.
2. Humeral kaplar 2 farklı çap ( 36 mm, 40 mm, ) ve 3 farklı boy uzunluğunda ( 3 mm, 6 mm, 9 mm ) olmalıdır. Primer ve revizyon uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde +9 mm ayrı bir uzatma parçası bulunmalıdır. Bu uzatma parçası ile +12mm,+15mm,+18mm'e uzatma sağlanabilmelidir.
3. Reverse uygulama için glenoid komponent, titanyum alaşımından imal edilmiş olmalı ve kemikle bütünleşen kısımları Ti+HA kaplı olmalıdır. Primer ve revizyon uygulamalar için 6mm ve 10 mm Ti+HA kaplı posterior uzatmaları bulunmalıdır.
4. Glenoid üzerinde 4 adet vida tespit deliği bulunmalıdır. Delikler istenildiğinde serbest açıda göndermeye izin vermelidir.
5. Kullanılan vidalar titanyum alaşımından imal edilmiş ve kilitli ve kilitsiz seçeneği bulunmalıdır.
6. Glenosphere'ler CoCr alaşımdan imal edilmiş ve ayrı bir vida ile kilitlenebilmelidir. Sentrik ve eksentrik olmak üzere ( 36 mm, 40 mm ) 2 ayrı seçenek sunulmalıdır.
7. Tüm stemler üzerinde daha iyi doku fiksasyonu sağlanabilmesi için yumuşak dokuların, tendonların tutturulmasına imkan sağlayan suture deliği bulunmalıdır.
8. Çimentolu ve çimentosuz humeral komponent ve stemler titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
9. Çimentosuz humeral komponentlerin 3 farklı size (10 mm, 12 mm, 14 mm ) çimentolu humeral componentler 2 farklı size (10mm,12mm) seçeneği olmalıdır.
10. Çimentosuz humeral komponentler Ti+HA çift kaplamalı olmalıdır.
11. Çimentosuz humeral stemler, 8 farklı kalınlık (8,9,10,11,12,13,14,15 mm) ve 5 farklı uzunluk (humeral komponentle ile birlikte 77mm, 120mm,160mm,180mm,200mm) seçeneği de olmalıdır.
12. Çimentosuz stemlerde 2 adet distal kilitleme deliği bulunmalı ve kilitleme için eksternel guide olmalıdır.
13. Çimentolu stemler polish yüzeye sahip olmalı, 5 farklı kalınlık (8,9,10,11,12,13 mm) ve 5 farklı uzunluk ( humeral komponent ile birlikte 77mm, 120mm, 160mm, 180mm, 200mm) seçeneğinde olmalıdır.
14. İlgili dokuların bağlanabilmesi için sistemde humeral komponente vida ile sabitlenebilen 6 adet suture delikli yaka implantı bulunmalıdır.
15. Enstrüman setleri ile birlikte ameliyat esnasında spesifik tüm ekartasyon ihtiyaçlarına yardımcı olabilecek ekartör seti sistemde bulunmalıdır. (Anterior&posterior&inferior elavatorler, deltoid ve Fukuda ekartörler)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Op. Dr. Ahmet Alperen ÖZTÜRK  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 186847

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Op. Dr. Erkan BİLGİN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Tercih No: 172234