

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.12.2024

Sayı: 872

Konu: ORTOPEDİ VE TRAVMALOJİ BİRİMİ HASTASI MERYEM TAŞTAN İÇİN 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.01.2025 saat: 09:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK GEÇMELİ Tüp-VİDA KLEMPİ TİTANYUM/KOMPOZİT/KARBON/ALÜMİNYUM TUBÜLER TUM BOYLAR (TV3590)			1	Adet		
2	KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK 4MM VE ÜZERİ TUM BOYLAR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN (TV1190)			1	Adet		
3	KENDİNDEN YİV/DELİK AÇAN/ AÇILI/SABİT AÇILI TİTANYUM/COCR 5.0 - 8.0MM VİDALAR TUM BOYLAR (TV3010)			1	Adet		
4	STANDART/ KENDİNDEN YİV AÇAN KORTİKAL VİDA TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTSİZ 4.0 MM VE ÜZERİ TUM BOYLAR (TV1050)			1	Adet		
5	SPONGİÖZ KİLİTSİZ VİDA TİTANYUM/COCR/KARBON TUM ŞEKİL ÖZELLİĞİ 4.0 MM VE ÜZERİ TUM BOYLAR (TV1130)			1	Adet		
6	STANDART/ SELF TAPPING SPONGİÖZ VİDA COCR/TİTANYUM/KARBON KİLİTLİ 4.0 MM VE ÜZERİ TUM BOYLAR(TV1210)			1	Adet		
7	KİLİTLİ INSERT VİDASI DEĞİŞKEN SABİT/SFERİK/DİNAMİK KANÜLSÜZ TİTANYUM/COCR/KARBON 5.0 - 7.3MM ARASI TUM BOYLAR (TV1250)			1	Adet		
8	PROKSİMAL TİBİA YÜKSEK OSTEOTOMİ PLAĞI KOMPRESYON/YUVARLAK DELİKLİ/AZ TEMAS YÜZEYLİ PLAK 4.0 MM VE ÜZERİ KİLİTSİZ VİDA İÇİN TİTANYUM/COCR TUM BOYLAR			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde

Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TİBİAL YÜKSEK OSTEOTOMİ PLAK VE AYARLANABİLİR KAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plak ve kama ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyum imal edilmiş olmalıdır.
- Plakların proximal delikleri 6.5 mm kilitli ve kilitsiz spongioz vidalara uygun olmalıdır.
- Plakların distal delikleri 5.0 mm kilitli vidalar, 5,0 mm kilitli kanüllü vidalar ve 4,5 kortikal vidalar ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Plakların kama kalınlıkları 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm olarak 5 ayrı kalınlığa sahip olmalıdır.
- Kamaların genişliği 14 mm en'inde olmalıdır.
- Plaklar 3 proximal ve 3 distal olmak üzere 6 adet vida deliğine sahip olmalıdır.
- Plaklar uygulama kolaylığı açısından distal kısmı kama formunda olmalıdır
- Plakların kullanımında sabitlemeye yardımcı kişner delikleri mevcut olmalıdır.
- Plaklarda vida atılmayan deliklere vida end cup uygulanabilmedir.
- Plak ameliyatta kullanılabilmesi için gerekli aletlerin hepsi set içerisinde sunulabilmelidir.

SUT KODLARI

PLAK:TV2550
PLAK KAMASI: TV3590
5.0 KİLİTLİ VIDA:TV1190
5.0 KİLİTLİ KAMA:TV3010
4,5 KORTİKAL VIDA:TV1050
6,5 SPONGIOZ VIDA:TV1130
6,5 KİLİTLİ SPONGIOZ VIDA:TV1210

AGRI EĞİTİM VE ARASTIRMA ENSTİTÜSÜ
Op.Dr. Mustafa Kemal
Dip. Tes. No 125098

AGRI EĞİTİM VE ARASTIRMA ENSTİTÜSÜ
Dr Öğr Üyesi Umit A.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip Tes No 125098
Uzmanlık Tes No 91