

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.01.2025

Sayı:11

Konu: ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI PARÇALARI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.01.2025 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda: Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI HAVA MOTORU			1	Adet		
2	ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI ÇEKVALFI			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



**ENDOWASH MARKA 4100-4101 ve 4102 MODEL ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI  
KOMPRESÖR HAVA MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Kompresör Hava motoru 220-240VAC 50Hz geriliminde çalışmalı ve ayarlanabilen maksimum 4BAR hava verebilmelidir.
- Kompresör Hava motoru 1 adet 6mm hortum bağlantısı yapılabilecek hava çıkışına sahip olmalıdır.
- Kompresör Hava Motoru 3-4kg ağırlığında olmalı ve üzerinde açma kapatma butonu bulunmalıdır.
- Pompanın 10 yıl raf ömrü 1 yıl çalışma garantisi kapsamında olduğu ve Endowash Markalı yıkama cihazlarına uyumlu ve zarar vermeyeceğine dair bir uygunluk yazısı verilmelidir.
- Firma, ürünün montalama işlemi sırasında uzaktan destek vermelidir.

**ENDOWASH MARKA 4100-4101 ve 4102 MODEL ENDOSKOPİ YIKAMA MAKİNESİ  
ÇEKVALF TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Paslanmaz metal çekvalf

Göğüşekki  
Görelkes  
Lund

Abraham yudrim  
E. Yurup

Befin Hüsüz  
Zyh