

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.01.2025

Sayı: 010

Konu: DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZININ HANDSWİTCH (ŞUTLAMA BUTONU)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.01.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYOGRAFİ CİHAZI ŞUTLAMA BUTONU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname


Satın alınan Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DR-RAD MARKA X1-C MODEL DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI A3223-15 HANDSWITCH ŞARTNAMESİ

- 1. Konu :** PATNOS Devlet Hastanesi' nde mevcut DR-RAD marka X1-C model Dijital Röntgen Cihazı için A3223-15 Handswitch (Şutlama el butonu) şartnamesidir.
- El butonu, hastanede bulunan DR-RAD marka X1-C model Dijital Röntgen Cihazı jeneratör bloğu konsolu ile uyumlu olacaktır.
- El butonu, hazırlık ve şutlama olarak 2 aşamadan oluşmalıdır.
- El butonu, DB-9 soketli olacak ve SHF model jeneratör ile uyumlu çalışacaktır.
- El butonu, cihazın orijinal parçası olmalıdır. Tamirli ve çıkma parça kullanılmayacaktır.
- Firmanın DR-RAD marka cihazlara teknik servis verme yetkisi olmalıdır.
- Firma ve firma teknik servis personelinin UTS kaydı olmalıdır.
- Firma TS12426 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
- Şutlama el butonu için üretim ve montaj hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl garanti verilecektir.

Yıldız GELPK


Mustafa GETİNKAYA


Ümranhan Aydın
