



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

03.01.2025

Sayı : E-68917221-949-264488160
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM HEMODİYALİZ SOLÜSYONU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10/01/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU (6LT)	ADET	24		
2	ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU (2K 1,25 CA GLUKOZLU 5LT)	ADET	24		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 8BFA34B3-C18B-44AF-B003-75C09B707EA9

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI (ASİDİK/BAZİK)

SMT Temel İşlevi:	1. Hemodiyaliz solüsyonları; akut veya kronik böbrek yetmezliği durumlarında kullanıma uygun özelliklerde ve en az-1 seans hemodiyaliz işlemi sırasında kullanıma uygun dozda olmalıdır.																
SM malzeme tanımlama bilgileri:	<p style="text-align: center;">Asidik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu</p> 2. Her litre solüsyonda aşağıdaki konstantrasyonlar da elektrolit bulunur; <table border="1" style="margin: 10px auto;"><tr><td>Na</td><td>138-140 mmol/l</td></tr><tr><td>K</td><td>1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/l</td></tr><tr><td>Ca</td><td>1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/l</td></tr><tr><td>Mg</td><td>0,5-1 mmol/l</td></tr><tr><td>Cl</td><td>106-113 mmol/l</td></tr><tr><td>Asetik asit</td><td>2-8 mmol/l</td></tr><tr><td>HCO₃</td><td>30-33 mmol/l</td></tr><tr><td>glukoz</td><td>0-2g/l</td></tr></table> <p>3. Solüsyonlar 5 veya 8litrelik ambalajlarda olmalıdır.</p> <p>4. Asidik solüsyonlar malzeme tanımlarında belirtilen;kalsiyum, potasyum ve glikoz değerlerine göre kullanıcıya teslim edilmelidir.</p> <p>5. Ambalaj kapakları ve üzerindeki etiket kırmızı renkli olmalıdır.</p> <p style="text-align: center;">Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu</p> <p>6. Her 1000 ml solüsyonda 84 gram sodyum bikarbonat içermelidir</p> <p>7. Solüsyonlar 6 veya 10 litrelik bidonlarda olmalıdır.</p> <p>8. Ambalaj kapakları ve etiketler mavi renkli olmalıdır.</p>	Na	138-140 mmol/l	K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/l	Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/l	Mg	0,5-1 mmol/l	Cl	106-113 mmol/l	Asetik asit	2-8 mmol/l	HCO ₃	30-33 mmol/l	glukoz	0-2g/l
Na	138-140 mmol/l																
K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/l																
Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/l																
Mg	0,5-1 mmol/l																
Cl	106-113 mmol/l																
Asetik asit	2-8 mmol/l																
HCO ₃	30-33 mmol/l																
glukoz	0-2g/l																

Denizhan DENİZ
Dış No: 2017/37640
Teşkilat No: 27670

Piyas Sertifikası
1

Yakup Sarıncı
1

Teknik Özellikleri:	<p>9. Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu asidik konsantre solüsyon ve Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu olarak ikisi bir takım oluşturmalıdır.</p> <p>10. Solüsyonlar kilitli kapak sistemi olan polietilen bidonlarda bulunmalıdır. Renkleri berrak olmalı ve bu sisteme uygun orijinal kapak anahtarı bulunmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>11. Solüsyonlar yapılacak talepten sonra en fazla 10 gün içerisinde üretilmiş taze solüsyonlar olmalıdır.</p> <p>12. Solüsyonların bulunduğu kaplar sağlam, dayanıklı, orijinal ambalajında olmalıdır.</p> <p>13. Solüsyonların taşınması, depolanması ve saklanması sırasında düşmesi, dökülmesi riski gibi kamu zararı oluşturacak durumlara sebebiyet vermeyecek şekilde teslimat yapılmalıdır. Delik, eksik, ince duvarlı, etiketi okunmayan, orijinal ambalajı olmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.</p> <p>14. Ürünün uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler tedarikçiye ait olacaktır.</p> <p>15. Solüsyonlar sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir.</p> <p>16. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür.</p> <p>17. Bidonların üzerinde solüsyonun imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.</p> <p>18. Solüsyonların alüminyum içeriği güvenilir bir laboratuvar tarafından belgelendirilmelidir. Al+3 içeriği 0.1ppm'den düşük olduğunu gösteren analiz raporu malzeme ile gönderilecektir.</p>

Yahya DEMİR
Tic. Sic. No: 2917/37640
Tic. Sic. No: 47670

Yahya DEMİR
Tic. Sic. No: 2917/37640
Tic. Sic. No: 47670

Yahya DEMİR
Tic. Sic. No: 2917/37640
Tic. Sic. No: 47670