

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü  
Taşçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-2  
KONU : 1 KALEM TIBBİ SARF ALIMI

06.01.2025

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalmı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 09.01.2025 tarih saat 10:00'a kadar [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	DENTAL ENJEKTÖR (27g50 Mm)	Adet	4000		
2					
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 09.01.2025 tarihi saat 10:00 de almı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6.Ödeme 90-180 gün içinde olacaktır.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>

## SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (EK-3)

Şartname No: 100.5.1.1/28.07.2019-3.V

Dental Enjektör Teknik Şartnamesi	Laboratuvar	Görsel Muayene
Tek kullanımlık olmalıdır.		x
Kilit mekanizması ile gerek enjeksiyon gerekse irrigasyon esnasında enjektörün iğne kısmının ayrılmasını engellemelidir.		x
Enjektör iğne ucu malzeme adında belirtilen ölçüye göre 27G x 50 mm ve 27G x 40 mm olmalıdır.	x	x
Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır. (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.)		x
İlgili ürünler TS EN ISO 7886-1 standartına uygun olmalıdır.		
Nontoksik olmalıdır.		
Steril olmalıdır ve ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.		x
Pistonu lastik veya silikon contalı ve kolay hareket edebilir olmalıdır.		x
Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalıdır.		x
Piston ilaç enjekte ederken kolay kontrol edilebilmeli ve kontrol dışı fazla ilaç enjeksiyonuna neden olmamalıdır.		x
Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.		x
İğne ucu küt ve çapaklı olmamalıdır.		x
Enjektör üzerinde cc ve dzyem çizgileri olmalıdır.		x
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.		x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kullanılacak Numune sayısı

100 adet- 10 adet

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER

