

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

07.01.2025

Sayı: 1

Konu: RÖNTGEN BİRİMİ 2 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.01.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI			10000	Adet		
2	RVG SENSÖR KILIFI 4X21 CM			10000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


PANORAMİK ISIRTMA KILIFI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- Beyaz şeffaf ve 3 tarafı kapalı naylon olmalıdır.
- 3- Orta sertlikte olmalıdır.
- 4- Kolay açılabilir olmalıdır.
- 5- Isırma çubuğu kolay ayrılabilir olmalıdır.
- 6- Kurumumuzda bulunan NewTom Giano 3D panoramik röntgen cihazındaki ısırma çubuğu için olmalıdır.

Radyoloji Teknikeri
Nurullah Kuyucu



Radyoloji Teknikeri
Betül Koç Kuyucu




Radyoloji Teknikeri
GÜVEN İŞİK



RVG SENSÖR KILIFI

1. X-Ray sensörleri için hijyenik tek kullanımlı olmalıdır.
2. 100'lük özel kutusunda ambalajlanmış olmalıdır.
3. RVG Cihaz sensörüne uyumlu olmalıdır.
4. 4x21 cm olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.
6. EK-1 de belirtildiği şekilde olmalıdır.

EK-1 :



Radyoloji Teknikeri

Nurullah Kuyucu

Radyoloji Teknikeri

Betül Koç Kuyucu

[Signature]

Radyoloji Teknikeri

Çiğdem 1911K

[Signature]