

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

07.01.2025

Sayı: **2**

Konu: STERİLİZASYON BİRİMİ 2 KALEM MALZEME ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.01.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KİMYASAL İNDİKATÖR, BUHAR, CLASS 6			100.000	Adet		
2	YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ			350	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BUHAR STERİLİZASYONU KİMYASAL İNDİKATÖR SINIF 6

1. 134°C ön vakumlu buhar sterilizatöründe istenen sürede kullanım için uygun olmalı, indikatör buhar sterilizasyonunda ölçülen ısı, zaman, doymuş buhar parametrelerine hassas olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün EN ISO 11140-1 standartlarına uygun olmalı ve teknik şartnameye cevap yazısında bu firma tarafından verilmelidir.
3. İndikatör yüzeyi, film kaplı olmalıdır.
4. Sterilizasyon sonuçlarını değerlendirmeyi sağlayan renk değişimi indikatör üzerinde görülebilmelidir.
5. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermemelidir.
6. İşlem sonrası indikatörün rengi açıkça okunabilen, yoruma açık olmayan renge dönüşmelidir. Sonuç referans renk tonlarında olmamalıdır.
7. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi referans renkten farklı tonlarda olmalıdır.
8. İndikatör sterilizasyon sonrası ısı ve nemden etkilenecek form bozukluğu göstermemelidir.
9. Renk değişim tablosu olmalı ve renk değişim tablosu pvc kaplı olarak istenilen sayıda teslim edilmelidir.
10. Kayıt olarak saklanabilmesi için sterilizasyon sonrası renk değişimi en az altı ay sabit kalabilmeli ve kaldığı belgelendirilmelidir.
11. Oda şartlarında saklanabilmeli (15-30 derece, %35-60 nem)

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İbrahim YILDIRIM VAHİT DAĞ
Sterilizasyon Personeli Sterilizasyon Personeli

YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ ŞARTNAMESİ

- ♣ Yıkayıcı-Dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.
- ♣ Kirlilik testi, alüminyum üzerinde sentetik test keri bulunan indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşacaktır.
- ♣ İndikatör, 70x35 mm ebatlarında olmalıdır.
- ♣ Yıkama etkinlik indikatörü 0.20 mikron kalınlığında olmalı ve kayıtlar için zımbalanabilir olmalıdır.
- ♣ Organik insan kanı similasyonuna eşdeğeri ile hazırlanmış organik kalıntıya sahip olmalı ve insan kanının similasyonunu test etmelidir.
- ♣ İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış holder'ı paslanmaz çelikten olacaktır.
- ♣ Her 500 adet indikatör için 1(bir) adet holder verilecektir.
- ♣ Yıkama indikatörü not alınan/yazılan alana sahip olmalı ve metalin rengi gri olmalıdır.
- ♣ Iso 15883-1 ve 15883-5 yıkayıcı dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekli şartları yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
- ♣ Üretici firma Iso9001 ve Iso13485 belgelerini ihaleye dosyasına sunmalıdır.
- ♣ Ürün cerrahi aletleri simüle etmesi açısından metal ve benzer formda olmalıdır.
- ♣ Markası, lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.
- ♣ Yıkama etkinlik indikatörü köşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar vermekte ve tehlikeli olabilecek bu durumdan dolayı yıkama indikatörü köşeleri oval olmalıdır.
- ♣ İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlilerden arınmış olacaktır.
- ♣ Yıkama indikatörü maksimum 200 Adetlik kutularda olmalıdır.
- ♣ Yıkama testi, her marka cihaz ve solüsyon ile kullanılabilmelidir.
- ♣ Test sonucunu yorumlamak için indikatörler ile birlikte renk değişim tablosu verilecektir.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi

İbrahim YILDIRIM
Sterilizasyon Personeli

VAHİT DAĞ
Sterilizasyon Personeli