

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1591
KONU : Teklife Davet

09/01/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **DİŞ MALZEMELERİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10/01/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	PAPER POİNT AÇILI(0,4-0,6 AÇILI)	100	ADET		
2	SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİ	40	ADET		
3	GUTTA PECHA AÇILI(0,4-0,6 AÇILI)	100	ADET		
4	AMALGAM 2'LİK	20	ADET		
5	AMALGAM 3'LÜK	20	ADET		


Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

AKICI KOMPOZİT TEKNİK ŞARTNAME

1. Işıklı sertleşen nanohibrit yapıda olmalıdır.
2. Kıvamı sulu ve yapışkan olmamalı, kontrolsüz akmamalıdır.
3. Radyopak değildir.
4. Kaide maddesi, fissür örtücü, geçici restorasyon maddesi olarak kullanılmalıdır.
5. Şiringa formunda en az 2 gr. olmalıdır.
6. Tüm asit ve bondinglere uyumlu olmalıdır.
7. Ambalajı üzerinde üretim yeri, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
8. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
9. Düşük polimerizasyon büzülmesi, yüksek aşınma direnci olmalıdır.
10. Kompozit ağırlıkça en az %36 dimetakrilatlar, en az %63 doldurucu ve %1 katalizörler, stabilizatörle ve pigmentler içermelidir.
11. İnorganik doldurucuların partikül boyutu 40-3000 nm arasında olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.
13. Ürün üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
14. Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay kullanım ömrü olmalıdır.
15. Kullanım ömrü geçmek üzere olan ürünler 3 ay öncesinden haber verildiği takdirde firma tarafından ücretsiz olarak birebir değiştirilecektir.
16. Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.
17. Ürün numunesi komisyon tarafından değerlendirilecektir.
18. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Engin YILDIZ
Tasım Kayıt Yetkilisi
Diyadi Devlet Hastanesi



76.SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ (250ML)

- %5 lik sodyum hipoklorit içeren, en az 250 ml lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- Sıvı halde berrak olmalıdır.
- Etiketinde uyarıcı bilgiler olmalı ve teslim sırasında ürün güvenlik bilgi formu verilmelidir.
- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

ETİM YILDIZ
Tasarruflar Yetkilisi
Miyadin Devlet Hastanesi

85.GUTTA PERCHA-AÇILI (MUHTELİF)

- Standartlara uygun boylarda taper açılı olmalıdır.
- 2-Radyoopak olmalıdır.
- 3-Kullanıma uygun sertlikte olmalı kolaylıkla eğilmemelidir.
- 4-Kalınlıkları, sayıları ve açıları ihtiyaca göre kurumlar tarafından belirlenerek alınacaktır.
- 5- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklere boyalı ve milimetrik ölçekli olmalıdır.
- 6- Kutular üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.
- 7-Bir kutuda en az 120 tane gutta percha olmalıdır.
- 8- Gutta Perchanın boyu L: 28 mm olmalıdır.

ENGİN YILDIZ
Ticari Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

AMALGAM 2'LİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her biri en az 600 mg alaşım ve 630 mg civadan oluşmalı, 2 porsiyonluk 50 kapsül içeren plastik, şeffaf ve orjinal kavanozlarda olmalıdır.
2. Dental amalgam için iğne şeklinde kesilmiş partiküllü gümüş alaşımı içermeli ve bu özelliği paketinin üstünde belirtilmiş olmalıdır.
3. Gamma-2 fazı içermemeli ve bu özelliği paketinin üstünde belirtilmiş olmalıdır.
4. En az %45 Gümüş (Ag), en fazla %30.5 Kalay (Sn), en az %24 Bakır (Cu) içermelidir.
5. Ürün orjinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.
6. Ürünlerin ambalajları hologramlı olmalı.
7. Ürün bütün amalgam karıştırıcılarla uyumlu olmalı ve karıştırıldığında homojen yapıda olup partikül içermemelidir.
8. Ürün kolayca şekil almalıdır.
9. Hızlı sertleşmeli, mekanik olarak stabil olup çigneme kuvvetlerine karşı yeterli direnci göstermelidir.
10. TITUBB kaydı olmalıdır.
11. Ürün üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay kullanım ömrü olmalıdır.
13. Kullanım ömrü geçmek üzere olan ürünler 3 ay öncesinden haber verildiği takdirde firma tarafından ücretsiz olarak birebir değiştirilecektir.
14. Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.
15. Ürün numunesi komisyon tarafından değerlendirilecektir.
16. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
17. Kurum, ürünün analizine ihtiyaç duyduğu zaman analiz giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Ergin YILDIZ
Ticari Sicil Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

AMALGAM KAPSÜL 3'LÜK

- 1.Yüksek bakırlı ve non-gama 2 olmalıdır.
2. Alaşımın içindeki civa oranının düşük olması tercih edilir.
- 3.En az %44,5 gümüş, %30 kalay, 520 bakır içermelidir. Kapağı alüminyum folyo ile vakumlanmış olmalıdır.
4. Korozyona karşı dirençli olmalıdır.
5. Toz ve civa içeren kapsüller şeklinde olmalıdır.
6. Üçlük kapsüller halinde olmalıdır.
7. 50 adetlik kutularda olmalıdır.
8. Miadı en az 1 sene olacaktır.
9. Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

Engin YILDIZ
Ticari Kayıt Yetkilisi
Orhan Yılmaz



61. PAPER POINT AÇILI (MUHTELİF)

- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır.
- Fabrikasyon olmalıdır.
- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- Taper açısı 0.4^o olmalıdır.
- Orijinal kutu ambalajında olmalıdır.
- Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm'lik derecelendirmeleri olmalıdır.
- En az 100'lük kutularda olmalıdır.
- Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
- Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
- Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.

Engin YILDIZ
Tasınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

