

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-3
KONU : PAGER ÇAĞRI CİHAZI

09.01.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 15.01.2025 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Pager Çağrı Cihazı	Adet	9		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 15.01.2025 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

Pager çağrı cihazı Teknik Şartnamesi

1. Pager cihazı, KET(Kısa Mesafe Telsiz) yönetmenliğinde tanımlanan SBT (Sanayi,Bilimsel Tıbbi) bandında çalışmalıdır.
2. Pager cihazı tüm menüleri Türkçe olmalıdır.
3. Pager cihazı, POCSAG standardı ile haberleşmelidir.
4. Pager cihazının en az 8(Sekiz) satır göstergesi olmalıdır.
5. Mesajlarının zamanlarını kaydetmelidir.
6. Düşük pil uyarısı vermelidir.
7. Pager cihazı sesli ve titreşimli uyarı vermelidir.
8. Pager cihazı tek kalem pil ile çalışmalıdır, şarj edilebilir olmalıdır.
9. En az 30 adet mesaj hafızası olmalıdır.
10. Cepte taşınabilecek kadar küçük olmalıdır.
11. Kapsama alanına çıktığında cihazın uyarı vermesi gerekmektedir.
12. 433,920 Mhz olacaktır.
13. Takılıp çıkarılabilen taşıma aparatı olmalıdır.

GARANTİ, KABUL MUAYENE

Hastane çağrı sistemi en az 2(iki) yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır. Ayrıca 10(on) yıl süre ile yedek yedek parça parça temin garantisi verilmelidir. Tamir kabul etmeyen parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Bu süreç içerisinde imalat, montaj, malzeme ve işçilik hataları ile yanlış tasarımda doğacak arızalar yüklenici firma tarafından karşılanacak ve hatalı parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir. Cihazların arızalı oldukları süre garanti süresine dahil edilmeyecektir. Garanti kapsamında oluşan arızalara 24 saat içinde müdahale edilmeli ve arıza müdahaleyle takiben 24 saat içinde giderilmiş olmalıdır. Garanti süresi sonunda tüm teknik destek ve parça değişimi ücreti yüklenici firmaya ödener yaptırılacaktır.

Ahmet ÜNMEER
Tıbbi Sekreter

Fatih GİÇEK
T.K.Y
Jant

Nursefa ASDEZİR
Kaşe Direktörü