

Taşılayıcı Devlet Hastanesi Bebek Alt Açma, Alt Değişirme ve Kundaklama Masası

- Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmalıdır.
- Platformun üç kenarı, düşmeleri engellemek için korumalıkla çevrili olmalıdır.
- **Bebek altı açma masası** metal aksamı elektrostatik toz boya ile boyalı olmalıdır.

Dış Ölçüleri:

Derinlik: 820 mm – Boy: 520 mm - Yatak Yüksekliği: 950 mm - Toplam Yükseklik: 108 mm olmalıdır

Nursefa TASDEMİR
Kalite Direktörü

Feyza ARSLAN

Muhammed KALAYCI