

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.01.2025

Sayı: 60

Konu: UMBLİKAL KATATER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.01.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEK LÜMENLİ UMBLİKAL KATETER 3.5F 35-40CM- POLİÜRETAN			25	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## GÖBEK KATATERİ 3,5 Fr TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter transparant ve DEHP kimyasalı içermeyen özel üretim PUR'den yapılmış olmalıdır.
2. Kateterin vücutla temas eden bölümleri hiçbir şekilde latex, hayvansal ve biyolojik ürün ve pyrogen içermemelidir.
3. Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.
4. Kateter tek lümenli olmalıdır.
5. Setin içerisinde 2 yollu musluk olacaktır. Bu musluklar için 2 adet tıpa olacaktır. Tıpalar arter ve ven girişini belirlemek amacıyla mavi ve kırmızı renkte olacaktır.
6. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için flexible ve atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Kateter infüzyon, enjeksiyon, kan ürünleri verilmesi ve exchange işlemlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
8. Kateter venöz ve arteriyel yoldan yerleştirilebilmelidir.
9. Kateter 3.5Fr çapında ve 40 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. 3.5Fr kateterin dış çapı 1.2mm, iç çapı 0.8mm, akış hızı 11ml/min, dolum hacmi ise 0.34ml. olmalıdır.
11. Kateter üzerinde 5cm ile 25cm arasında derinlik işaretleri bulunmalıdır.
12. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
14. Malzemenin UBB kaydı olmalıdır.

AGRI EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Doç. Dr. Esra BEŞER  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Neonatoloji Uzmanı  
Tıp Fak. No: 12345

Behiye BAĞCI  
20.12.2024

## 5 FR TEK LÜMENLİ UMBİLİKAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, yeni doğan bebeklerde göbek damarlarından (arter veya venöz) ilaç ve parenteral beslenme solüsyonu vermek için imal edilen santral kateter olmalıdır.
2. Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve vücut ısısı ile yumuşayabilen poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-Ray altında görülebilir olması için radyopak olmalıdır.
3. Kateter tek lümenli olmalıdır.
4. Kateter 5 Fr ve 30 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Kateterin yıkama hacmi 0,40 ml, akış hızı 23 ml/dakika olmalıdır.
6. Kateter üzerinde, damar içerisinde ne kadar ilerletildiğini tanımlamak için 4 cm'den 25 cm'e kadar 1 cm aralıklarla derinlik işaretçileri bulunmalıdır.
7. Kateter proksimal ucu luer kilit yapıda olmalıdır.
8. Kateter seti içerisinde 2 yollu musluk bulunmalıdır. Venöz kullanım için mavi, arteriyel kullanım için kırmızı renkte tıplar içermelidir.
9. Kateter ucu damar hasarı riskini azaltan atravmatik özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Kateter CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
11. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

ACIK EĞİTİM VE AKADEMİK HİZMETLERİ  
Doç. Dr. Esra BEŞİ  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Neonatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 1533

Selma BALÇAK  
27.12.2023

27.12.2024

EK-1-B

GEREKÇE RAPORU: UMBLİKAL KATETER

HASTANEMİZ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ SARF MALZEME OLAN UMBLİKAL VEN KATETERİ ENVANTERİMİZDE TÜKENMİŞ OLUP YENİDOĞAN HASTALARINDA TEDAVİNİN SEYRİ İÇİN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. ÖZELLİKLE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLIL BEBEKLERİN TEDAVİLERİNDE KULLANILMAKTA OLUP YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA ELZEM BİR SARF MALZEMEDİR. İVEDİ İLE TEMİNİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE DAMARYOLU ZORLANILAN VEYA HİPOGLİSEMİ GİBİ HASTALIKLARDA TEDAVİ AKSAMAMASI VE BU GİBİ HASTALARIN SEVKİ OLMAMASI HALİNDE HAYATİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.  
GEREĞİNİN YAPILMASINI ARZ EDERİM.

Gerekçeyi Düzenleyen Personelin;

Adı Soyadı: Selvinur BALTACI

Ünvanı: EBE

Görevi:

3. BASAMAK YENİDOĞAN  
YBÜ SORUMLUSU

Dr. Esra BEŞİ  
Bakım ve Hastaneler  
Madenoloji Uzmanı  
Tıp. Tes. No: 102101