

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.01.2025

Sayı:
Konu: 1 Kalem Biyomedikal Malzeme Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **28/01/2025** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Dr. Serdem KARABULUT
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT		125	Litre		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın almanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SİTRİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ürün, hemodiyaliz cihazlarının iç dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır
- 2) Ürün, volümetrik karıştırma prensibi ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) Ürün, %21 Sitrik Asit, %2.5 DL- Malik asit,%2.5 Laktik asit içermelidir.
- 4) Ürün, 56 °C ısı dezenfeksiyonunda, Bakterisid (Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis), Fungusid (Candida albicans), Virüs (poliovirüs, Adenovirüs, Human Adenovirüs, HIV, HBV, HCV), mikrobakterisid (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium) etkili olmalıdır.
- 5) Ürün CE belgesine sahip olacaktır.
- 6) Ürün ambalajı, 5 litrelik bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
- 7) Ürünün toksik etkisi olmamalıdır.
- 8) Cihazın dezenfeksiyon programıyla , dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon yapabilmelidir. Kan kalıntıları ve kalsiyum karbonatı çözebilmelidir.
- 9) Ürün, kokusuz olmalı, renk veren katkı maddeleri içermemelidir.
- 10) Ürün, berrak ve akışkan olmalı, kendine has kokulu olmalı, içinde tortu bulunmamalıdır.
- 11) Ürün, miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 12) Ürünün istenildiği takdirde, Ürün güvenlik bilgi formu firma tarafından verilmelidir.
- 13) Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler, ürünün talep eden bölüm tarafından incelenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır.
- 14) Fresenius marka hemodiyaliz cihazlarına uygun olmalıdır.

Uygun ATAS
Diyaliz teknikeri
