

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 25DT/12998

24.01.2025

Konu: 1 Biyomedikal Yedek Parça Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29/01/2025 Tarih ve saat: 10:00 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Dr. Sercan KARABULUT
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ TÜP KAMÇISI - TİJ BAĞLANTI BORUSU OKSİJEN		10	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın alınan Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OKSİJEN TİJ BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ
(10 Adet)

1. Tüpler ile kollektör arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.
3. Dikişsiz bakır borudan imal edilmiş olmalıdır.
4. Tij borular her iki ucundan tüp ve kollektör vana bağlantıları için gaza uygun rakorlu olmalıdır.
5. Tij boru spiral bükümlü olmalıdır.
6. 2 tarafı da kollektör ve O2 tüp tarafına uygun jaklı olmalıdır.
7. Boyu jaklar dahil Minimum 120 Cm, en az 2mm kalınlığında olmalıdır.
8. Ürünler en az 1 yıl garantili olacaktır.
9. *Testen geçmeyen hiçbir ürün için fatura Kabul edilmeyip servis formu düzenlenmeyecektir.*

A. Cengiz ÇATLIÇI
Tedarikçi
