

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.01.2025

Sayı: 78

Konu: Erken Hemodiyaliz Amaçlı Hemodiyaliz Grefti Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PTFE DİYALİZ VASKÜLER GREFT, KADEMELİ TAPER 50-55CM X 4-6MM			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ERKEN HEMODİYALİZ AMAÇLI DİYALİZ GREFTİ (ÇOK KATMANLI/POLİKARBON ÜRETAN)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme (e-PTFE)'den mamul olmalıdır.
2. Greft erken hemodiyaliz amacına uygun olmalıdır.
3. Greft gövdesi en az üç katmandan oluşmalı ve bu sayede ringli yapıya ihtiyaç duymamalıdır. Terlemeyi önleyen ve suture noktalarından kanamayı minimize eden özel hidrostatik koruma zarı bulunmalıdır ve hidrostatik koruma zarı en fazla 5,5 mikron olmalıdır.
4. Greft ebatları 6-7 mm çapında ve 40-60 cm uzunluk aralığında olmalıdır.
5. Greftin % 100 sızdırmazlık özelliği bulunmalıdır.
6. Greftin en dış membranında uygun doku büyümesi için porozitesi ortalama 60 mikron olmalıdır.
7. Greftin su giriş basıncı en fazla 300 mmHg olmalıdır.
8. Greft sürekli punktasyon dayanıklı olması için, duvar kalınlığı en az 1,07 mm olmalıdır.
9. Greftin implantasyon esnasında zarar görmemesi için damar üzerinde implantasyondan sonra çıkarılabilecek bir damar koruma poşeti ile paketlenmiş olmalıdır.
10. Greft steril ve çift ambalajlı olmalıdır.
11. Greft ambalajı üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihini göstermelidir. Ayrıca paketin üzerinde kullanım kitapçığı olmalıdır.
12. Tüm ölçüler üzerinde damarın ucunda tünelleme sistemi ile konnekte olacak metal aparatı bulunmalıdır. Bu aparat greftin hastaya rahatlıkla implante edilmesini sağlamalıdır.

Op.Dr.Burak DUMAN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No:168429
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi