

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.01.2025

Sayı: 74
Konu: GASTRİK KALİBRASYON TÜPÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GASTRİK KALİBRASYON TÜPÜ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GASTRİK KALİBRASYON TÜPÜ ŞARTNAMESİ

- 1- Proksimal gastrik puşun ölçümü için veya zimba hattı kılavuzu amaçlı kullanılmalıdır.
- 2- Gastrik bant , gastric sleeve ve gastric bypass uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
- 3- Tüp üzerinde 20cm den başlayarak her 10cm işaretlenmiş ve cm si yazılmış olarak 50cm kadar devam etmelidir.
- 4- Gastric tüpün uzunluğuoperatif uzunluğu 68cm \pm (6cm) boşaltma ve doldurma hatları dahil toplam uzunluğu 149cm \pm (5) olmalıdır.
- 5- Gastric tüpün çapı 46 FR , 38FR, 36 fr seçenekleri olmalıdır. İstenildiğinde 38Fr için Curved seçenekleri de olmalıdır. Hangisinin teslim edileceğine kullanıcı karar verecektir.
- 6- Sistemin, 38Fr düz, 36Fr düz, 38Fr Curved balonsuz ve multi delikli olmalıdır.
- 7- 38Fr düz, 36Fr düz, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar mide boşaltmak-(kaçak testi) ve metilen mavisi gönderebilmek için çift yollu olmalıdır.
- 8- Steril pakette disposable olmalıdır.

NUMUNE İSTENMEKTEDİR

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Yalçın Özcan-VERENDAG
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No. 181143

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Tulu TÜFEKÇİ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No. 207205