



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-266483087
Konu : Teklife Davet

24.01.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTASININ AMELİYATI (SERKAN DÜNDAR) İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/01/2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	SUT KODU	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TV1350	FÜZYON PARMAK /HALLUKS VALGUS PLAKLARI /OSTEOTOMİ PLAKLARI KOMBİNE /KOMPRESYON DELİK,SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 1.0-3.5 MM KİLİTSİZ VİDALAR İÇİN TİTANYUM /COCR/KARBON TÛM BOYLAR	ADET	2		
2	TV2890	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM /COCR 1.5MM -4.5 MM ARALIĞI TÛM BOYLAR	ADET	3		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ);						

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 8700C064-5C60-46B8-A537-CE94293CA7B8

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Bilgi için: Neriman İLHAN

Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Tıbbi Sekreter
Telefon No:



METAKARP VE METATARS PLAKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem metakarp, metatars kırıklarının tedavisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Plaklarda 2.0mm , 2.4mm ve 2.7mm kilitli ve kilitsiz vidaların kullanımı mümkün olmalıdır.
3. Plak ve vidalar çok düşük profilli olmalıdır.
4. Set içerisinde kesilebilir özellikte 10 delikli bir plağa ilaveten, Y, T, L,X,J ve H dizaynlı plaklar olmalıdır.
5. Özellikle falanks kırıklarında kullanılabilecek ve kondil bölgesine 3 ince vidaya kadar gönderim imkanı verecek özel plak çeşitleri olmalıdır.
6. Plakların düz bölümlerinde kombine delikler olmalıdır ve bu sayede kompresyon imkanı da sağlanmalıdır.
7. Plaklar ve vidalar titanyumdan üretilmiş olmalıdırlar.
8. Sistemin kompleks travmalarda kullanılabilmesi için el bileği bölgesi kırıkları içinde distal radius dorsal ve volar plakları ile distal ulna plakları da olmalıdır.
9. Ürünün kullanılması için kemik forsepslerinin, kanüllü forsepslerin v.s. bulunduğu geniş kapsamlı bir set olmalıdır.
10. İki adet delici ve kesici motor vakada bulundurulmalıdır ve kesici motorların mini Halluks valgus kesisi yapmaya uygun olmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ
Devlet Hastanesi
Soyadı: SERKAN DÜNDAR
İlkinin: Ortopedi Polikliniği-1
rumu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
İşim Tarihi: 2.02.1996 00:00:00
Stokol No: P 250182618
İşim Tarihi: 20.01.2025 15:32:06
Ba Adı: HÜSEYİN
Sr: 107

Op. Dr. Sözdar GÜZEL
Tus No 15474
Ortopedi, Travmatoloji
Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi

- BAŞSIZ, KONİK, KANÜLLÜ, TAMAMI VİVLİ KOMPRESYON VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TtTUB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası), UBB (Ulusal Bilgi Bankası) barkod kodlar, SUT ve SUT alan kodlarından kaynaklanan zararlar vc kesintiler yüklenici firmaya aittir,
2. Vidalar kanüllü, tam yivli başsız steril olmalıdır,
 3. Yüksek kompresyon yapabilmesi için, vidaların dış boylan vida tepesine doğru azalan bir yapıda olmalıdır.
 4. Kemik içerisinde dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik (tapered) yapıda olmalıdır
 - 5 Bütün vidalar self-drilling vc self-tapping uç özelliğinde olmalı ve vida yüzeyleri çok iyi parlatılmış olmalıdır.
 6. Ameliyat sırasında çapa göre vida seçiminde kolaylık sağlaması vc hata yapmayı önlemesi için vidaların renk kodu ile ayrılmış olması sağlanmalıdır.
 7. Ürünlerin tamamı Titanyum (Ti&AMV HU) dan imal edilmiş olmalıdır,
 8. Vidalar aşağıda yazan boylan olmalıdır, Micro Vidalar (2.5mm distal çap) 8,0mm - MmmMrero Fixation Screw Mini Vidalar (3.5mm distal yap) 16,0mm -30mm Mini fixation Screw Standart Vidalar (4.0mm distal çap) 16,0mm -30mm Standart Fixation Screw
 - 9 - Teknik şartnamede belirtilen özellikler asgari nitelikte olup, üstün özellikli teklifler katalog ve/veya literatür üzerinde gösterilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 - 10- İki adet delici ve kesici motor vakada bulundurulmalıdır ve kesici motorların mini Halluks valgus kesisi yapmaya uygun olmalıdır.

Doğubayazır Dr.Yasar ERYILMAZ
Devlet Hastanesi

Soyadı: SERKAN DÜNDAR
İklimik: Ortopedi Polikliniği-1
Rumu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Bum Tarihi: 02.1996 00:00:00
Barkol No: P 250182618
Bire Tarihi: 20.01.2025 15:32:06
Ba Adı: HÜSEYİN

Sr:107

Doğubayazır Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Doç. Dr. Yasar ERYILMAZ
Tıbbi Şef

(Handwritten signature)