

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.01.2025

Sayı: 80
Konu: Anjiyografi Örtü Seti Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.01.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANJİYOĞRAFİ ÖRTÜ SETİ YETİŞKİN			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ANJİOGRAFİ ÖRTÜ SETİ ŞARTNAMESİ (ANJİO)

Bu örtü seti tek kullanımlık olup kalp kateterizasyonu ve anjiyografi sırasında kullanılacağından aşağıda belirtilen aksesuarlar ve özellikleri içermelidir.

1. Seti oluşturan örtülerin malzemesi iki katli olmalıdır. Üst kat çok emici non-woven (50gr/m² ve/veya üzeri) olup anjiyo sırasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıları tamamen emerek örtü üzerinde kalmasını sağlamalıdır. Alt kat bu sıvıların hasta ile temasını engelleyerek sıvıların alta geçmesine mani olacak şekilde medikal polietilen olmalıdır. Böylece enfeksiyon riski minimize edilmelidir.
2. Her set grubu aşağıdaki özel parçaları ihtiva etmelidir.
 - a) Bir adet anjiyografi örtüsü:
 1. Boyutları 180x295 cm olmalıdır.
 2. Örtüde femoral arterlere isabet eden kısımlarda 2 adet 9 cm. çapında delik bulunmalıdır.
 3. Her iki delik merkezleri arasındaki mesafe 24 cm olmalıdır.
 4. Deliklerin merkezi ile hastanın boyun kısmına gelen örtü üst hududu arasındaki mesafe 70 cm, hastanın ayak kısmına gelen kısım alt hudutları arasındaki mesafe 225 cm olmalıdır.
 5. İki delik örtünün arka yüzü hastanın vücuduna tam olarak yapışan ve cildi tahriş etmeyen tıbbi maksatla üretilmiş film ile kaplı olmalıdır.
 6. Femoral deliklerden hastanın soluna denk geleni tamamen insizyon filmle kaplı olacak, sağ taraftaki insizyon film üzerinde ise 4 cm. çaplı delikli olacaktır.
 - b) Bir (1) adet üst kati çok emici medikal non-woven, alt kati su geçirmeyen polietilen olmak üzere iki katli materyalden yapılmış 120x220 cm boyutlarında alet masa örtüsü.
 - c) İki (2) adet 200 ml. Plastik solüsyon kasesi, 1 adet boyama süngeri, 30x20x7 cm ölçüleride solüyon kabı, 10 adet 5x5 cm boyutlarında spanç,
 - d) 1 adet radyasyon koruyucu ayna için steril poşet (70x110cm)
 - e) Üç (3) adet tek kullanımlık önlük;
 1. Emici olmayan, en az 50gr/m² ve üzeri medikal non-woven, 'dan üretilmiş;
 2. Medium, Large, Extra Large, Extra extra large beden boylarıyla seçenekli olmalı,
 3. kol manşetleri kullanıma rahatsız etmeyecek şekilde elastiki örgü olup, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
 4. Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir. Boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyen, yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.

Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üst. Dr. N. ER
Kardiyoloji Uzmanı
Diyadin, 2017
11.11.2017

Üst. Dr. N. ER
Kardiyoloji Uzmanı
Diyadin, 2017
11.11.2017
Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5. Önlük iç ve dış bağlarının bağlama esnasında kopmaması için, bağcıkların gömleğe yapıştırılması veya dikilmesi gerekmektedir.
 6. Önlük dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri , ile açılmamalıdır
 7. Önlüğün ön tarafında kanı emecek 30x40cm ebatında materyal olmalı.
 8. Önlük pratik ve sterilizasyonu bozmadan giyilebilir özellikte olup kullanıcıya maximum kolaylık sağlamalıdır.
- f) 1 adet anjiyo cihazı intensifier başlığına geçirmek için kenarları lastikli şeffaf lastikli torba
- g) Bir (1) adet 100x100 cm boyutlarında sterilizasyon bohçası (yukarıda miktarları ve özellikleri bildirilen malzemeler sterilizasyon bohçasına sarılı olmalı ve her bir set özel sterilizasyon kağıdı ile bohçalandıktan sonra bir yüzü şeffaf medikal film diğer yüzü medikal kağıtla ambalajlanmış olmalıdır.
1. Setler Gamma ışını veya etilen oksit ile sterilize edilmeli ve sterilizasyon kalite güvenliği sertifikası ile belgelenmelidir.
- h) Teklif edilen malzemeden 1(bir) adet numune teslim edilecektir.

Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzman Doktor
Gözetmen
Dr. Öğr. Üyesi
19.05.2023

Uzm. Dr. Delia K. ÖZGÜÇLÜ
Kardiyoloji Uzmanı
Gözetmen
Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi