

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.01.2025

Sayı: 92

Konu: İDRAR TORBASI MUSLUKLU STERİL 2000ML ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.02.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MUSLUKLU İDRAR TORBASI

- 1-İdrar torbası medikal kullanım amaçlı PVC'den yapılmış olmalıdır.
- 2-İdrar torbası 2000 ml toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
- 3-İdrar torbası mililitre ölçekli olmalıdır.
- 4-İdrar torbasında boşaltma musluğu mevcut olmalıdır. Musluklu olmalıdır.
- 5-İdrar torbası güçlendirilmiş askı deliklerine sahip olmalıdır.
- 6-İdrar torbasında bükülmeye karşı dirençli hortum kullanılmış olmalıdır.
- 7-İdrar torbası hortumunda üzeri korumalı konik bağlantı konnektörü bulunmalıdır.
- 8-Torba basınca dayanıklı olmalıdır.
- 9-Torba bağlantı yerlerinde idrar sızması olmamalıdır.
- 10-Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olmalıdır.
- 11-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim DURMUŞ
ECZACI

Ödem Gönül
İbrahim