



T.C. ...
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-267082095
Konu : Teklife Davet

30.01.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **175 M3/H VAKUM POMPASI GENEL REVİZYON VE TAMİRAT İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06/02/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	175 M3/H VAKUM POMPASI GENEL REVİZYON VE TAMİRAT İŞİ	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 20224203-D5D8-4BED-ABDB-F2A55B244667

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:






VAKUM POMPASI TAMİRATI VE GENEL REVİZYONU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan 175 m³/h kapasiteli 1 adet vakum pompası arızalı olup, genel revizyon ve tamirati yapılacaktır.
2. Pompa tamir ve genel revizyonunda ;
 - Paletler,
 - Rulmanlar,
 - Rulman bilezikleri,
 - Yağ keçeleri,
 - Gövde oringi,
 - Yağ filtresi,
 - Egzoz filtreleri ve oringleri,
 - Pompa yağı,
 - Kaplin takımı ve lastiği (çelik),
 - Çekvalflepe takımı,
 - Egzoz sübap contası seti,
 - Klinger conta takımı,
 - Yağ göstergesi veoringi,
 - Yağ tapa oringi,
 - Rotor ve rotor mili
 - Elektrik motoru tamirati

Değişimleri yapılacaktır. Yukarıda belirtilen yedek parçalar harici revizyon sırasında yapılması gerekli olan tornalama vb. işlemler için ayrıca bir ücret talep edilmemelidir.

3. Teklif verecek firmalar arızalı vakum pompasını yerinde görüp buna göre tekliflerini vermelilerdir.
4. Teklif veren firmalar TS 12426 ve TS 13703 TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
5. Teklif verecek firmanın ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Kalite belgeleri olmalıdır. Kalite belgelerinde vakum pompalarını kapsadığı açıkça görülmelidir.
6. Tamir işlemi için hastane şartları uygun olmadığından pompa atölye ortamında tamir edilerek tüm testleri yapıldıktan sonra yağ kaçaqları ve arızaları giderilmiş olarak çalışır halde teslim edilmelidir. Atölye ortamında yapılan işlemler ile ilgili olarak aşama aşama fotoğraf, video vb. bilgiler teknik servis birimize iletilmelidir.
7. Revizyon yapacak firma pompanın yerinden alınması, ta nakliye, kargo vb. masraflarını karşılayacaktır.




8. Revizyon yapan firma çalıştırıp eksiksiz ve sorunsuz teknik birime teslim edecektir.
9. Sokum takma çalıştırma vb şeyler yüklenici firmaya ait olacaktır.

Serhat Tekdal



Muh TURAN

ELE Tek



DOĞUBAYAZIT
DR YASAR ERVILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA

