

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

31.01.2025

Sayı: 6

Konu: STERİLİZASYON BİRİMİ 2 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.02.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOKLAV YAZICI KAĞIDI TERMAL (RULO)			50	Adet		
2	KONTEYNER FİLTRESİ			10	Kutu		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OTOKLAV YAZICI KAĞIDI TERMAL ŞARTNAMESİ

1. Getinge ve Trans marka otoklav yazıcısına uyumlu olmalıdır.
2. Rulo şeklinde 55mm X 30m ebadında termal kağıt olmalıdır.
3. Ürün bitmeye yakın kağıt kenarında işaret bulunmalıdır.
4. Üründen 1 adet numune gönderilmelidir. Numune geri gönderilmeyecektir. Numuneye onay verildiğinde sipariş çekilecektir.
5. Kağıt kaliteli olmalıdır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Koray TEBİS




JusuA Ziya Aeslan



KONTEYNER FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

1. Üretici firma ISO Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
2. Ürün EN 868- 2 sınıfına uygun olmalıdır.
3. Ürün yuvarlak olmalı ve çapı 190 mm olmalıdır.
4. Ürün 134°C derece sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
5. Ürünün üzerindeki indikatör sterilizasyon işleminden önce pembe sterilizasyon işlemi sonrasında kahverengiye veya siyaha dönmelidir.
6. İşlem görmüş filtrenin uygun saklama koşullarından en az 6 ay süreyle sterilitesini koruduğu üretici firma tarafından belgelendirilmelidir.
7. Ürünün kutusunda 1000 adet konteynır filtresi bulunmalıdır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

Koray TEBİS


Jasud Ziya Ates ulu
