

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.02.2025

Sayı: 119

Konu: 4D MESH YARI EMİLEBİLİR PARYETEL TAKVİYE İMPLANTI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.02.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KISMİ EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA, 121 CM ² - 230 CM ² ARASI (230 CM ² DAHİL) POLİPROPİLEN+POLİGLAKTİN/P OLİPROPİLEN+POLİGLEKAPRO N/POLİPROPİLEN+KOLAJEN/ POLYESTER+POLİLAKTİK ASİT (OR3990)			22	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

4D MESH PARYETEL TAKVİYE İMPLANTI LAPAROSKOPİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ORJİNAL AMBALAJINDA VE STERİL OLMALIDIR
2. LAPAROSKOPİK İNGUİNAL FITİK ONARIMLARINDA KULLANILMALIDIR.
3. MONOFİLAMENT POLYPROPYLENE (PP) % 25 + MONOFİLAMENT POLY- L LACTİC ASİT (PLLA) % 75 KOMBİNASYONLARINDAN OLUŞMALIDIR.
4. % 75 LİK MONOFİLAMENT POLY- L LACTİC ASİT (PLLA) KISMI 180 GÜN İÇİNDE VÜCUTTAN ATILMALIDIR
5. AĞIRLIĞI EMİLİM ÖNCESİ 120 ± 10 g/m² , EMİLİM SONRASI 30 ± 10 g/m² OLMALIDIR.
6. KALINLIĞI EMİLİM ÖNCESİNDE 0.8 ± 0.15 mm , EMİLİM SONRASINDA 0.25 ± 0.05 mm OLMALIDIR.
7. GÖZENEK BOYUTU , DOKU GELİŞİMİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YAKLAŞIK OLARAK DİKEY 3-4 mm , YATAY 1,5-2 mm OLMALIDIR.
8. SAĞ VE SOL ANATOMİ İÇİN AYRI AYRI DİZAYN EDİLMELİDİR.
9. MEDIAL BÖLGEYİ BELİRTİLEN BİR İŞARET VE SPERM KORDONUNA DENK GELECEK BİR BOMBE YAPISINI SAHİP OLMALIDIR.
10. TÜM CERRAHİ TEKNİKLER İÇİN KULLANILABİLMELİDİR
11. MONOFİLAMENT YAPISI SAYESİNDE ENFEKSİYON OLUŞUMU RİSKİNİ AZALTMALIDIR.
12. ANOTOMİYE UYGUN OLARAK DİZAYN EDİLMELİ VE ANOTOMİK OLARAK ADEPTE EDİLMİŞ ESNEKLİĞE SAHİP OLMALIDIR.
13. CE,ISO GİBİ ULUSLAR ARASI STANDART BELGELERİNDEN BİRİSİNE SAHİP OLMALIDIR.
14. BİYOLOJİK OLARAK UYUMLU OLMALIDIR
15. İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE GERİLME YAPMADAN VE DAĞILMADAN KESİLEBİLMELİDİR
16. 10.5X14 CM VE 12X15 CM EBATLARINDA OLMALIDIR.

Dr.Öğr. Üyesi Harun BAYRAM
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No. 447493
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Tutku TUFEKÇİ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No. 367205