

LİKİT OKSİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Likit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.
2. Verilecek Likit Oksijen Gazı; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.
3. Likit oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk onaylı analiz sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.
4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.
5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir..
6. Firma, kriyojenik tank ve evaporatörün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazı ihtiyacını karşılayacaktır.
7. Kriyojenik likit oksijen tanklarının kurulacağı bölgeye tankerlerin ulaşımı için devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.
8. Likit Oksijen Gazı olağanüstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolum işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak tartım işlemlerini hastanece görevlendirilecek bir personel eşlik edecek. Personelin tartı işlerine iştirakini satıcı firma sağlayacaktır. Tartım işlemleri belediyeye ait tartım cihazlarında ve sanayi teknoloji bakanlığı il ve bölge müdürlükleri tarafından kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır.
9. Likit Oksijen Gazı birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini koruyacaktır.
10. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlarındaki hükümler geçerlidir.
11. Yüklenici likit oksijen gazı ilgili yükleme ve nakliye işlerini trafik kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Zekerya BAŞA RGAN
Biyomedikal Teknikeri

12. Yüklenici firmanın, şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığının tespiti halinde her bir ihlal için ayrı ve ihlalin devam ettiği her gün için ayrı olmak kaydıyla sözleşmede belirtilen oranda cezai işlem uygulanacaktır.

13. Sözleşme süresince Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisinin yeni binaya taşınması söz konusu olduğunda teslimatlar idarece belirlenen yeni hizmet binalarına yapılacaktır. Likit oksijen tankı bulunan hastanelerimizin taşınması ve yeni hizmet binasında güvenli bir şekilde çalışması yüklenici firma sorumluluğundadır. Kurum bu taşıma süreci için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

14. Alımı yapılan miktarlar hastanelerin ihtiyacı olması durumunda hastaneler arasında kullanılacak olup, firma tarafından ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

15. Yüklenici firma, eğer üretici firma ise Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacak, belgeyi teklif verirken ibraz edecektir. Yüklenici firma eğer üretici değil, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapan firma ise, Medikal Gazların Dolumu, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacak ve teklif verirken ibraz edecek, bu belgeye ek olarak bayisi olduğu ana üretici firmanın Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini de teklif verirken ibraz edecektir.

16. Yüklenici firma, eğer üretici firma ise Medikal Oksijen Gaz Üretimi, Dolumu, Depolaması ve Dağıtımına dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş medikal amaçlı gaz üretim izin belgesine sahip olacaktır. Üretici değil bayi ise bayisi olduğu üreticiye ait yukarıda kapsamı belirtilen Medikal Gaz izin belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal Oksijen Gazı Dolumu, Depolama ve Dağıtımına yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini, ayrıca bayisi olduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale dönemini kapsayan güncel yazıyı ibraz edecektir.

17. Yüklenici firma, hastanemizde bulunan mevcut likit oksijen tankına dolum yapacaktır.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Zekerya BAĞARCAN
Biyomedikal Teknikeri