

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi


SAYI : 70167892/172
KONU : Teklife Davet

25/02/2025


Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HAVALI YATAK ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **27/02/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	HAVALI YATAK ALIMI	4	ADET		


Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

HAVALI YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havalı yatak orta ve yüksek risk grubuna dahil sürekli yatma ihtiyacı olan hastalarda yatak yaralarının oluşmasını engelleyebilecek veya mevcut yatak yaralarının tedavisine destek olabilecek şekilde ara yüz basıncını yeniden dağıtabilecek özelliklere sahip olmalıdır.
2. Şilte sıvıyı geçirmeyen, nemi absorbe eden ve havayı geçirebilecek özellikleri taşıyan Nylon/PU'dan yapılmış olmalıdır.
3. Havalı yatak pompasında 10/15/20/25 dk değişken basınç çevrim süresi olmalıdır.
4. Yatak A/B sisteminde çalışmalıdır
5. Motorlar statik ve alternating özelliğe sahip hava motoru olmalıdır.
6. Havalı yatak 180 kg'ye kadar olan hastaları taşıyabilmelidir.
7. Havalı yatak ölçüleri 203x92x20.3 cm (+/-2 cm) olmalıdır.
8. Yatak 20 hücreden (+/- 1 hücre) oluşmalıdır.
9. Yatak hücreleri değiştirilebilir ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
10. Şilte Nylon/PU materyalinden, hücreler Nylon/PVC materyalinden yapılmış olmalıdır.
11. Güç kesintisi ve düşük basınç durumlarında alarm vermelidir. Pompada düşük basınç göstergesi bulunmalıdır.
12. Pompa dakikada 5-8 litre hava akışı sağlamalıdır.
13. Havalı yatak pompasında Auto Firm özelliği bulunmalıdır.
14. Havalı yatak pompasında Panel kilitleme özelliği bulunmalıdır.
15. Yatağın kardiyopulmoner Resüsitasyon için CPR fonksiyonu olmalıdır.
16. Basınç aralığı 30-60 mmHg aralığında 10 kademedede değiştirilebilir olmalıdır.
17. Havalı yatak CE belgesine sahip olmalıdır.
18. Teklif verecek firma cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
19. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belges ihale dosyasında sunulmalıdır.
20. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır. Teklif verdiği cihazın markası TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nde bulunmalıdır.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY