


T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-28
KONU : Hizmet Alımı

24.02.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 28.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Medikal Gaz , Hava , Vakum Santralleri Bakım Onarım	Adet (3ayda bir)	4		

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4,Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ
MEDİKAL GAZ, HAVA, VAKUM SANTRALLERİ YILLIK PERİYODİK BAKIM -
ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN MEDİKAL GAZ HAVA VE VAKUM SANTRALİNİN 01.04.2025 – 31.03.2026 ARASINDA 3 AYLIK PERİYOTLAR İLE YILDA 4 KEZ PERİYODİK BAKIM ONARIM, ARIZA DURUMLARINDA İSE HER ZAMAN BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

-TANIMLAR VE KISALTMALAR

Taşlıçay Devlet Hastanesi Medikal Gaz,Hava,Vakum, Azot Sistemlerine Ait Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle Şartname olarak tanımlanacaktır) yer alan aşağıdaki terimler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

İdare: Taşlıçay Devlet Hastanesi

Firma: Bakım onarım işlerini yapacak firma

Cihaz: Bakım onarımı yapılacak ekteki Medikal Gaz Sistemindeki

Kısımlar İşin süresi: 1yıl(bir yıl 4 periyot 3 ayda bir)

Bakım: Cihazların performansını korumak ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamak için belirlenen periyotlarda sisteminin bakım onarım ve kontrolünü yapmak.

Onarım: Cihazların tamamı yada bir parçasının fonksiyonu yitirmesi durumunda hasta alımına engel olmayacak şekilde sorunu giderip sistemi tam kapasite ile çalışır hale getirmek.

Yedek parça: Cihazlarda arızanın giderilmesi için değişmesi zorunlu olan her türlü parça. Çalışmayan süre: Kurumumuzca (idare yada yetkili teknik Personel) telefon, faks veya mail ile arızayı bildiriminden itibaren.

MADDE2-YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

1. Madde 8'de yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itibaren 3 ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrolleri ve ayar işlerini yaparak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamaların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecektir.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 36 (Otuz altı) saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile Yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

İmrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ahmet KARAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

7. Arıza parça değiştirmek suretiyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra. Parçanın il içinde temininde 24 saat, il dışında temininde 72 saat içinde cihaz güvenli çalışır hale getirilir.
8. Yedek parçanın yurtdışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göreve azami 1(bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir
9. Cihazların muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyeti için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.
10. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.
11. Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.
12. Firma sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek varsa bunlarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Teklif vermekle bu durumu kabul etmiş olur.
13. Firma herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir birime zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
14. Yüklenici firma sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acililik müdahale talimatıda hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.
15. Yüklenici İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir iletişim bilgileri bulundurur. Sabit adres, telefon, fax, e-posta. Mobil telefon bilgileri idareye bildirir.
16. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonra yapılır.
17. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana yada yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm,takım,dış açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, ve/veya göstereceği yere nakliyesi, v.s) Yüklenici firma tarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.
18. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

MADDE3-KAPSAMI

Yüklenici firma Periyodik Bakım ve onarım hizmetleri mesai saatleri içerisinde 08:30-17:30 arasında yapacaktır.

MADDE4-GARANTİŞARTLARI

1. Arıza durumunda yedek parça ve işçilik 6 ay (altı) garanti verecektir. Bu süre içerisinde aynı parçadan sorun çıkması durumunda yüklenici veya tedarikçi firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.
2. Bakım periyotlarında uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından cihazların bakımı yapılacak ve takibi sağlanacaktır. Firma bakım onarım sözleşmesi bitim tarihinde cihazları çalışır halde bırakacaktır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ahmet ARAS
Taşlıcaý Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

MADDE 5-RİSKLER

1. Firma bakım esnasında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahil her türlü can ve mal güvenliğini almakla yükümlüdür.
2. Firma tarafından, Bakım onarım ve arıza amaçlı idareden teslim alınan cihaz noksan ve hatalı sevk edilmişse, kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar veya montaj esnasında hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar bütün masraflar firmaya ait olmak üzere ücretsiz değişecektir.

MADDE6-CEZAHÜKÜMLER

1. Firma 2. Maddede belirtilen sürelerde arızaya müdahale edecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda bakım sözleşme bedelinin 0.005 (binde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde firmadan kesilir.
2. Cihazların periyodik bakım onarımlarının yapılmaması durumunda firmaya sözleşme bedelinin 0.05(yüzde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde firmadan kesilir.

MADDE7-GEREKLİBELGELER

1. Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri (hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.
2. Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.
3. Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Bakım onarım yapacak kişinin ilgili kurumdan sertlehim kaynakçı sertifikası bulunmalıdır.
5. Tüm kullanılacak yedek parçaların orijinallliğini taahhüt etmeli gerekli görüldüğünde belgelendirilmelidir.
6. Bakım yapacak kişinin Medikal gaz sistemleri üzerine en az 3 yıl tecrübesi olmalıdır.
7. Bakım uygulayacak personel elektrik, mekanik ve Pnömatik bilgisine sahip olmalı gerekli şartlarda bunu belgelendirmelidir.

MADDE 8-BAKIMIYAPILACAKOLANCIHAZLAR

1. Medikal oksijen sistemi 8+5 oksijen rampa ve santrali
2. Medikal azot protoksit sistemi odası 7+7 rampa ve santrali
3. Hastane Geneli yatak başı üniteleri(O2,hava, vakum,azot) tüm hasta odaları, acil servis ve Poliklinikler.
4. Ameliyathane 2 adet salonda birer tane pendant gaz sistemi
5. Kuru hava kompresörü 3 adet

Medikal Hava Sistemi otomatik çalışma ve durma basınç ayarlarının kontrolü yapılacaktır. Medikal Hava Sistemi manuel çalışma ve durma basınç ayarlarının kontrolü yapılacaktır. Kurutucu filtre grubunun kontrol ve gerekli bakımları yapılacaktır.

Hava kompresörleri yağ kontrolü ve değişimi yapacaktır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ahmet KAYA
Taslıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Hava kompresörleri hava filtresi bakımı ve değişimi yapılacaktır.

Hava kompresörleri yağ filtresi bakımı ve değişimi yapacaktır. Hava kompresörleri toz filtresi bakımı ve değişimi yapılacaktır. Hava kompresörleri seperatör bakımı ve değişimi yapılacaktır. Hava kompresörleri kontrol panellerinin program ayarları ve genel kontrolleri yapılacaktır. Hava kompresörleri gürültü kontrolü yapılacaktır. Hava kompresörleri titreşim kontrolü yapılacaktır. Hava kompresörleri soğutma sistemi kontrolü ve bakımı yapılacaktır. Hava kompresörleri karter havalandırma kontrolü yapılacaktır. Hava kompresörleri tekerlekler ve lastik takozlar kontrolü yapılacaktır.

6. Vakum sistemi (pompa) 2 adet 175m3/h4KW

7. Hava kurutucu 1 adet, 1 adet kimyasal

kurutucu

8. Hastanemiz 30yataklıdır.


Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli



Ahmet ARA
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü