

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 231

04.03.2025

Konu: AMPLITUD EEG (TEK KULLANIMLIK) İĞNE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG SUBDERMAL İĞNE ELEKTROD DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AMPLITUD EEG (aEEG) Tek Kullanımlık İğne Teknik Şartnamesi

1. Diagnostik EEG de bioelektriksel sinyallerin subkütan kaydı için kullanılabilir.
2. Kliniğimizde kullanılan aEEG serebral fonksiyon monitörüne %100 uyumlu olmalıdır.
3. İğnenin boyutu 12mm x 29 G ölçüsünde olmalıdır.
4. Kablo boyu 1 metre olmalıdır.
5. İşlem sırasında en fazla 4 adet iğne elektrot kullanıldığından 1 pakette en fazla 4 elektrot olmalıdır.
6. Toprak elektrot için ayrıca yanında 4 adet iğneye 1 adet hidro jelli toprak elektrodu verilmelidir.
7. 1 Kutuda 24 adet iğne elektrot bulunmalıdır.
8. Sağ ve sol frontal yerleşiminin kolay olması için 2 farklı renk seçeneğine sahip olmalıdır.
9. High-Impedance özelliği olmalıdır.
10. Klinik uygunluk kullanıcı tarafından verilecektir.

YDJBÜ Sorumlusu
Sedat Jany
Hensin
S. Jany

AGRI EĞİTİM ve ARASTIRMA HASTANESİ
Doç. Dr. Esra BEŞER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tıp. No: 103381