

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.03.2025

Sayı: 233

Konu: PUNCH BİYOPSİ ALETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PUNCH BİYOPSİ 4 MM			400	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PUNCH BİYOPSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dermatolojide biyopsi alma işlemlerinde kullanılabilmelidir.
2. Her bir biyopsi punch tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
3. Her bir biyopsi punch steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ucu keskin ve paslanmaz olmalıdır.
5. Biyopsi punch, uluslararası kabul görmüş standart belgesine (CE, FDA veya eşdeğer kalite sertifikaları) sahip olmalı ve teklif verecek firma bunu belgelemelidir.
6. Biyopsi punch, 4 (dört) mm ölçülerine sahip olmalıdır. Teklif verecek firmalar bu ölçüleri net bir şekilde belirtmeli ve sağlayacağını taahhüt etmelidir.
7. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
8. Teklif edilen ürüne ait Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kayıt belgesi verilmelidir.
9. Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bunu belgelendirmelidir.
10. Sap kısmı sert, ergonomik ve kaymaz yüzeye sahip plastikten yapılmış olmalı ve uzunluğu el ile rahat kavranacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kullanıcının el yorgunluğu oluşturmada biyopsi alma işlemini gerçekleştirebilmesine olanak tanınmalıdır.

Ali Osman METİNTAŞ
O. Metintaş