

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.03.2025

Sayı: 228

Konu: FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ İÇİN HOTPACK PEDİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BOYUN İÇİN HOT PACK PEDİ			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BOYUN İÇİN HOTPACK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici toz halinde kimyasal bulunmalı ve bu kimyasal suyla buluştuğunda jel haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapacak malzemeler bulunmamalıdır.
2. Pedler , küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyal özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
3. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
4. Pedlerin en az iki kenarında pedleri hotpack cihazına asmak için kumaştan dikilmiş kulplar olmalıdır.
5. Pedlerin en az bir yıl garantisi olmalıdır.
6. Pedlerin sağlık bakanlığı UBB kodu olmalıdır.
7. Pedler +/-2 cm 25 cm*61 cm boyutlarında olmalıdır.

Fizik Tedavi Teknikeri
UMUT ÖZCAN

EK-1-B

GEREKÇE RAPORU

Birimimiz Fizik Tedavi Ünitesinde boyun hastalıklarının tedavisi için gelen hastalarımıza yeterli düzeyde hotpack pedi kalmamış olup hastalarımızın tedavilemek için uygun seans almaları için boyun için hotpack pedlerine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gerekçeyi düzenleyen Personelin;

Adı Soyadı: Umut Özcan
Ünvanı: Fizik Tedavi Teknikeri
Görevi: 2. Kat Fizik Tedavi Ünitesi Sorumlusu