

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.03.2025

Sayı: 227

Konu: ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIF ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIFI TEK KULLANIMLIK			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIFI TEK KULLANIMLIK

- 1- Kılıf şeffaf polietilen malzemeden yapılmış olmalı ve 8 mm kalınlığında olmalıdır.
- 2- Kılıfın eni 13-14 cm genişliğinde olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 2,3 -2,5 m olmalıdır.
- 4- Kameranın kolay geçebilmesi için kılıfta karton olmalıdır ve istendiğinde bir yere asılabilesi için karton ya da yuvarlak delik olmalıdır.
- 5- Kılıf akardeon şeklinde iç içe katlanmış olmalıdır.
- 6- Kılıf üçgen şeklinde kapama olmalıdır ve ucu perforeli olmalı ve yapışkan bandı olmalıdır.
- 7- Kılıf steril tekli poşetlerde olmalı, üretim tarihi son kullanım tarihi, ürünün barkod numarası, ne ile sterilize edildiği, lot numarası olmalıdır.
- 8- UBB kaydı olmalıdır. UBB kodu faturada belirtilmelidir
- 9- Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3. Maddesinin o bendinde belirtilen endoskopik kamerada kullanılmak amacıyla alınacaktır.
- 10- Ürün Faturalandırılırken İhaleye çıkılan ürün ismi ile faturadaki ürün ismi aynı olmalıdır.
- 11- Numune gönderilecektir.
- 12- Numuneye onay verildikten sonra sipariş çekilecektir.

EHF Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

GEREKÇE

AMELİYATHANE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 500 ADET ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIF GEREKMEKTEDİR. 27.02.2025

Emr Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal