

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.03.2025

Sayı: 229

Konu: YATAKLI SERVİS YOĞUN BAKIMLAR VE ACİL SERVİS BİRİMLERİ İÇİN ŞEKER STRİP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ			50000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ TEKNİK ŞARTANEMESİ

- 1.Stripler biyosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
- 2.Stripleri kanı damlatmaya gerek duymadan stribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
- 3.Stribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
- 4.Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığını cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
- 5.Her 500 stribe 1 adet strip ile uyumlu glukometre cihazı verilecektir.
- 6.Stripler 1,5 mikrolite kan örneği ile çalışabilmelidir.
- 7.Stripler üzerinde stribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır.
- 8.Stripler 25'lik veya 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 9.Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
- 10.Stripler orijinal ambalajında olmalıdır.Kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
- 11.Stripler 4-30 °C sıcaklıkta saklanabilmelidir.
- 12) Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
- 13) Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
- 14) Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSİ sistemleri ile yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
- 15.Teslim tarihinden itibaren en az 1 (Bir) yıl miadlı olmalıdır.
- 16.Son kullanma tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm tıbbi sarf malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.
- 17.Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Uzm. Dr. Fırat KAYA
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 188510
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GEREKÇE RAPORU

Hastanemiz acil servis biriminde kullanılan şeker stripleri tükenmek üzeredir. İhtiyacımız olan malzeme hali hazırda bulunan ihalelerde olmadığından dolayı talebimiz İ.T.K toplantısında belirtilmiş olum onaylanmıştır. Evraklarımız hazırlanıp satın almaya verilmiştir.

Uzm. Dr. Fırat KAYA
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tea. No: 188510
Açık Eğitim ve Araştırma Hastanesi