

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.03.2025

Sayı: 237

Konu: YATAY TİP PENDANT MONTAJI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TAVANA MONTE, YATAY TİP YOĞUN BAKIM PENDANT ÜNİTESİ			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Yoğun Bakım Yatay Tip Yatak Başı Ünitesi Montaj ve Medikal Gaz hatlarının çekilmesi işi Teknik Şartnamesi;

İstenilen İş;

1. Montajı yapılacak yatak başı ünitesi 4 adet olacaktır. **Her yatak başı** ünitesi 2 adet oksijen , 2 adet vakum, 2 adet hava prizinden ; ayrıca 6 adet ups (kesintisiz güç kaynağı) ve 6 adet topraklı şebeke prizi olmak üzere toplamda 12 adet prizden oluşmalıdır. 4 adet topraklama nodu(hasta ve çalışan sağlığını riske atmayacak şekilde) ve 2 adet ünite cihaz askı rayı bulunmalıdır.
2. Tadilat yapılacak salonda mevcut bulunan 3 adet tavandan asmalı yoğun bakım pendantı demontajı yüklenici tarafından yapılarak üniteler idareye teslim edilecektir.
3. Yatay tip yoğun bakım ünitesi montajı yapılacak birimde medikal gaz tesisatı en yakın yerden alınacak şekilde duvara inişleri yapılacaktır.
4. İstenilen işi yüklenici yerinde görmek durumundadır aksi halde sonradan iş artışları için ayrıca ücret ödenmeyecektir.Yüklenicinin vermiş olduğu fiyat teklifi iş artışı vb durumlar için de geçerli olacaktır.
5. Yatak başı ünitelerinin "**elektrik tesisatları**" ile istenilen yere montajları yapılacaktır. Ne kadar kablo kullanılacağı yüklenici tarafından yerinde değerlendirilecektir. Sonradan yüklenicinin **elektirik kablosu** veya **buna bağlı dolaylı iş artışları** konusunda yapacağı itirazlar idare tarafından dikkate alınmayacaktır. Verilecek fiyat teklifleri sayılan şartlar göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yerinde değerlendirme yapılmadan verilen fiyat teklifleri "yüklenici tarafından yerinde değerlendirme yapılmıştır" şeklinde kabul edilecek ve işin zamanında ve tam bitirilmesi konusunda yaşanan olumsuzluklarda idare yükleniciye yaptırım uygulayabilecektir.
6. Kullanılacak medikal hava , medikal oksijen ve medikal vakum prizleri ve basınçlı hava prizleri hastanede kullanılan gaz prizleri ile aynı marka modelde uygun olmalıdır.
7. Kullanılacak medikal gaz prizleri **Ce belgeli olmalı, hastanede kullanılan gaz prizlerine uygun olmalı** ve bu durum belgelendirilmelidir.

Emel Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendis

FİRA DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANE
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

BENİT SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

İŞİN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR

1. Yukarıda belirtilen malzemeler sistemin orijinallığına bağlı kalınarak gerçek , kaliteli parçalar ve malzemeler olmalıdır.
2. Oksijen prizlerine oksijen gazının mevzuatlarda belirtilen rengine uygun renk kodlaması verilmelidir.
3. Kullanılan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır.
4. Yükleniciler montaj yerlerini görebilirler. Şehir dışından verilmiş teklifler **ÜRÜN VE MONTAJ YERLERİNİ** görüp fiyat verilmiş kabul edilecek ve bir fiyat artırımına gidilmeyecektir.
5. Teklif veren firmalar montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir malzeme ve işçilik bedeli talep edemez.
6. Kullanılan malzemelerin tümü için TSE- ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.
7. Yatak başlarının montajları standartlara uygun olmalı yüksekliği ve kullanım alanı hesap edilmelidir.
8. Yatak başlarının arası doktor ve hemşirenin hastaya müdahalesini kolaylaştıracak özellikte olup bunu göz önüne alarak montajları yapmalıdır.
9. Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.
10. Sistemin kurulumu sonrası en az 1 yıl garanti verilmelidir.
11. İşe başlamadan önce tüm malzemeler ilgili teknik birim tarafından bakılıp değerlendirilecek ve uygunluk sonrası işe başlanacaktır.
12. Medikal yatak başı sisteminin risk durumu , ağırlığı ve büyüklüğü göz önünde bulundurulacak olursa , yüklenici firma işi CE – ISO belgelrine sahip malzemelerle gerçekleştirmeli ve gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir.

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

FİREBAYRAK
Biyomedikal Mühendisi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANE
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Tekni

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

13. **İşin bitişi sonrası ve muayene kabul işlemleri sırasında sistemlerin** testleri kullanıcılar ve ile ilgili teknik birim ile birlikte yapıp olumlu değerlendirme yapıldıktan sonra şartnamenin konusu işin , tam ve zamanında yapıldığı kabul edilecektir.
14. İş yapacak olan firma personelleri teknik servis eğitimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde belgelendirmelidir.
15. Yüklenici şartname konusu işin gerçekleştirilmesi sırasında **tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak zorundadır.** Bu konudaki sorumluluk tamamı ile yükleniciye aittir.
16. **Yüklenicinin sistemin kurulumundan kaynaklı arızlarda sorumluluğu vardır. Sistemin kurulumundan kaynaklı hatalardan tamamı ile yüklenici sorumludur.**
17. **Teklif veren firmalar İSO – CE – TSE/ HİZMET YETERLİLİK BELGELRİNE VE İŞİN EHLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR EĞİTİM SERTİFİKALARINA** sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.


ERTAN DURAK
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Teknikeri


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAN
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri


Betül SARSIK
Biyomedikal Yalınca Mühendisi


ERT Esmâ UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi