

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

05.03.2025

Sayı: 242

Konu: Spinal İğne Quince Uçlu 22G 150Mm Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TASDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUINCKE UÇLU) 22G			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1567 SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU

SMT Temel İşlevi:	1. Spinal anestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Spinal iğne Quincke (keskin) uçlu olmalıdır. 3. Spinal iğnenin klavuzsuz olmalıdır 4. Spinal iğne çapı 22G, uzunluğu 150 mm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Spinal iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 6. Spinal iğne lateks ve ağır metal içermemelidir. 7. Spinal iğnenin ponksiyon kontrolü için şeffaf hub veya bos indikatörü bağlantısı olmalıdır. 8. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatlı, olmalıdır. 9. Spinal iğne şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır. 10. Spinal iğnenin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 11. Spinal iğne kullanım sırasında rahatlıkla ilerletilebilmeli, kıvrılma, bükülme ve kırılmaya neden olmayacak yapıda olmalıdır. 12. Spinal iğne mandreni iğne içerisine tam oturmalı, keskin tarafta boşluk olmamalıdır. 13. Spinal iğnenin gauge ölçüsü uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

G. Kalyoncu, Sorumlusu
Elbetül AÇIK
ZRP

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Yücel OLGUN
Algoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:171275/135574/168589