

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.03.2025

Sayı: 269

Konu: KEMİK YOLU BAŞ BANDI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ODYOMETRE CİHAZI KEMİK YOLU VİBRATÖR TUTUCU BAŞLIK			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KEMİK YOLU BAŞ BANDI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. RADİOEAR B-71 model kemik vibratörüne sahip olmalıdır.
2. RADİOEAR B-71 vibratörünün mastoiderahat oturması ve titreşim kaçığının önlenmesi amacı ile baş bandının karşı ucunun sünger kaplıve tutacaklı olması gerekmektedir.
3. Uç kısmınaRADİOEAR B-71 vibratörünün takılmasına uygun başlık çemberi bulunmalıdır.
4. Vibratörün takıldığı başlık çemberinin ucu hareketli olmalıdır.
5. Başlık çemberinin baş ergonomisine uygun olması gerekmektedir.
6. RADİOEAR B-71 vibratörünün kabine veya cihaza bağlantısının yapılabilmesi için iki adet monojacksocketli kablusunun olması gerekmektedir.
7. Set 3 parçadan oluşmalıdır. Setin içeriğinde 1 adet kemik vibratörü , 1 adet kemik yolu tacı , 1 adet kemik yolu vibratör kablosu bulunmalıdır.

EHF Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

FİREL DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Mühendisi

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi