

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.03.2025

Sayı: 259

Konu: EL TİPİ CO-OKSİMETRE SPO2 PARMAK PROBU VE EL TİPİ CO-OKSİMETRE SPO2 PARMAK PROB ARA BAĞLANTI KABLOSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPO2 CİHAZI ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN			6	Adet		
2	SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EL TİPİ CO-OKSİMETRE SPO2 PARMAK PROB ARA BAĞLANTI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Masimo marka Rad 57C model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Masimo marka Rad 57C model cihazın orijinal parmak prob ara bağlantı kablosu olmalıdır.
3. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Parmak prob ara bağlantı kablosu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı, kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
5. Prob, ara bağlantı kablosu ile birebir uyumludur.
6. Ara bağlantı kablosu cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalı.
7. Masimo marka Rad 57C modeline birebir uyum sağlamalıdır.
8. Prob ara bağlantı kablosu Reusable olmalıdır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendis

Erat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Mühendisi

Yetişkin Acil Servis
Sorumlu Hemşiresi
Ömer ŞİMŞEK

Detül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

EL TİPİ CO-OKSİMETRE SPO2 PARMAK PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Masimo marka Rad 57C model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Masimo marka Rad 57C model cihazın orijinal parmak probu olmalıdır.
3. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Parmak probu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı,kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
5. Prob, ara bağlantı kablosu ile birebir uyumludur.
6. Prob cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalı.
7. Masimo marka Rad 57C modeline birebir uyum sağlamalıdır.
8. Prob kablosu Reusable olmalıdır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Emel Esma UÇUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendis

Eral DURAK
Ardı Döğret Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Yetişkin Acil Servis
Sorumlu Hemşiresi
Ömer ŞİMŞEK

Betül SARSIK
Biyomedikal Mühendis