

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.03.2025

Sayı: 268

Konu: Bikarbonatlı Bazik Hemodiyaliz Solüsyonu 6Lt Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT			2400	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BİKARBONATLI KONSANTRE HEMODİYALİZ ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Primer Ambalaj Şekli:

1.1. Asit Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi: 5 Lt, polietilen bidon ,emniyet kilitli kapak.

1.2. Bazik Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi: 6 Lt, polietilen bidon , emniyet kilitli kapak.

1.3 Asit bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi bir takım oluşturacaktır.

2. Sekonder Ambalaj: Baskılı ürün etiketi.

Etiket üzerinde; ürüne ait Sağlık Bakanlığı ruhsat numarası ve tarihi , üretim yeri, üretici firma ismi, seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

Bidonlar kullanım süresince akıtma - sızdırma yapmamalıdır.

3. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

4. Üretici firmanın teslim ettiği her ürün serisi için analiz sertifikası verilmelidir.

5. Solüsyonlar glikozlu ve glikozsuz olacaktır.

6.1 litre asit bikarbonatlı konsantre hemodiyaliz çözeltisi ile 1.225 litre bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi 32.775 litre RO.Su ile seyrelttiğinde ,iyon konsantreleri

Na+	SODYUM	137 - 142 mmol / L.
K+	POTASYUM	2. mmol / L
Ca+	KALSİYUM	1.25 - 2 mmol/L
Mg+	MAGNEZYUM	0.25 - 1,5 mmol/L
Cl	KLOR	98 - 112 mmol /L
CH COO	ASETAT	2 -10mmol /L olmalıdır
HC03	BİKARBONAT	27 - 35 mmol /L

AGRI EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Cihan UYSAL
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 161539

Dr. Cafer AKDEMİR
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sırt Hastalıkları Uzmanı
Diy. Tes. No: 3849

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz ve Hemodiyaliz Uzmanı
Diy. Tes. No: 6739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi