

TUŞLU MOBİL TELEFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TELEFON KONUŞMA (BATARYA SÜRESİ) 310 SAAT BEKLEME VE 11 SAAT KONUŞMA SÜRESİ OLMALIDIR.
- MİKRO SİM KART ÖZELLİĞİ OLMALIDIR
- EKTRAN BOYUTU EN AZ 1.80 İNÇ OLMALIDIR.
- KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN AZ 2.9 MP OLMALIDIR
- RAM KAPASİTESİ EN AZ 1 GB OLMALIDIR.
- DAHİLİ HAFIZA EN AZ 1 GB OLMALIDIR
- ÜRÜN ŞARJ KABLOSU VE ORJİNAL KUTUSUNDA OLMALIDIR.
- 2 YIL TÜRKİYE GARANTİLİ OLMALIDIR.

Ahmet
Sağlık Bilgi Sistemleri
Sorumlusu

Ayhan KAYA
Sağlık Bilgi Sistemleri

Melik ASLANCIRI
Bilgisayar Teknisyeni

MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Masa metal malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Masanın üzerinde en az 5 cm kalınlığında, sert sünger içeren, dayanıklı materyal ile kaplı tercihen vinil kaplı sabit minder bulunmalıdır.
3. Masanın üzeri kaliteli yanmaz ve alkolden zarar görmeyen yapıda olmalı ve kolaylıkla silinebilmelidir.
4. Masanın eni en az 60 cm ve boyu en az 180 cm olmalıdır.
5. Masanın yerden yüksekliği en az 60 cm olmalıdır.
6. Masanın boyası kaliteli elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
7. Masaların baş tarafında, başın yerleştirileceği boyutta açıklık olmalıdır. İsteğe göre tekrar kapatılmasını sağlayacak aparatı olmalıdır.
8. Masanın baş kısmı +60 dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
9. Masa imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl ücretsiz garantili olmalıdır.
10. Masa T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) sistemine kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.
11. Firma tedavi masasının resmini göndermelidir, numuneler görüldükten sonra değerlendirme yapılacaktır.
12. Cihaz muayene kabul sırasında tüm maddeler uygunluk alınacak şekilde teslim edilecektir. Şartnamede yazılı olan özellikleri sağlamadığı takdirde, sağlayan özelliklerde cihaz ilgili firma tarafından getirilecektir.

Üye

Dr.Sümeyye Asya MACAR

Hekim

Başkan

Dr.Ebru AKBOĞA

TSM Başkanı

Üye

Dr.Büşra BURAK

Hekim

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI
PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Etkinlik Çadırı Teknik Şartnamesi

1. 3x3m ebatlarında istenmektedir.
2. Ortadan direkli, özel kavisli branda yapısına sahip olmalıdır.
3. Çadır konstrüksiyonu katlanabilir, anında pratik kurulum yapılabilir ve kısa sürede toplanabilir özelliğe sahip olmalıdır.
4. Kolay şekilde taşınabilir ağırlıkta ve depolanabilir olmalıdır.
5. Çadır brandası kaliteli 600D Oxford su iticili beyaz renk kumaştan üretilmelidir.
6. Çadır konstrüksiyonu iskeleti gümüş renkli alüminyum sekizgen kalın profil olmalıdır.
7. Çadır konstrüksiyonu kademeli olarak yükseltilebilir olmalıdır. Çelik ayaklı olmalıdır.
8. Logolu etkinlik çadı UV ışın koruyucu branda sayesinde dört mevsim kullanabilir olmalıdır. Su geçirmez, paslanmaz, yanmaz olup, yağmur, rüzgar ve güneş ışığına karşı dayanıklı olmalıdır. Kolayca temizlenebilir olmalıdır.
9. Etkinlik çadır kumaşı tavan ve etek, saçak kısımlarının dört tarafına baskı yapılmalıdır.
10. Çadır tavanı, saçak, etekleri ve duvarlarındaki grafikler kaliteli renkli sublimasyon ısı transfer baskı olmalıdır. Baskı renklerinde solma, titreme vb. hatalar olmamalı ve suya, rüzgâra, güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır. Baskı dokümanları Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Medya Tanıtım Departmanından alınmalıdır.
11. Arka ve yandaki duvarlarından birisi tam duvar biriside pencere duvar (üç duvarlı) olmalıdır ve üzerindeki dikili cırt sayesinde çadıra kolaylıkla takılabilir olmalıdır. (Arka ve yan tam duvar logo baskılı olmalıdır)
12. Baskıda kurumsal renk değerlerine dikkat edilmelidir.
13. Ekstra her biri 16 kg ağırlığında olan toplam 16 (on altı) adet gri renkte ayak ağırlığı bidonu olmalıdır. Kum, çim vb. zemin için sabitleme aparat ve aksesuarları olmalıdır.
14. Çadırın 1 (bir) adet beyaz renkli 3 m boyutunda yağmur oluğu aksesuarı olmalıdır.
15. Etkinlik çadır yüklenici firma tarafından "en az 5 yıl garantili" olmalıdır.
16. Etkinlik çadırlarının ilk kurulumu yüklenici firma tarafında yapılmalı ve tekerlekli taşıma çantası ile birlikte teslim edilmelidir (Kurulum aşamasındaki malzeme ve aksesuarlardaki deformasyonlar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Deniz Taylan ERHAN Sağ.Mem.	Dr.Ramazan DOSTER İlçe Sağlık Müdürü	Mehmet POLAT V.H.Kİ
		