

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.03.2025

Sayı: 286

Konu: OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI (MR UYUMLU) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.03.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI			5	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi) uyumlu cihazlarda kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihaz MR uyumlu olduğunu gösteren belge olmalıdır.
3. Cihaz oksijen tüpünden gelen basınçlı gazı regüle edip nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamalıdır.
4. Cihaz üzerinde tüp basıncını gösteren bir manometre olmalıdır. Manometre MR uyumlu olmalıdır.
5. Cihaz, oksijen tüpündeki basıncı 200 kg/cm<sup>2</sup>' den 3,5-4 kg/cm<sup>2</sup>' ye düşürerek, tüp basıncını regüle etmelidir.
6. Cihazın regülatöründen 3,5-4 kg/cm<sup>2</sup> basınçla çıkan gazın debisi cihazın flowmetresinde 0-15 lt/dak arasında ayarlanabilmelidir.
7. Cihazın flowmetresi en az 150 ml'lik nemlendirme kabı ile birlikte verilmelidir.
8. Cihazın nemlendirme kabı 121 derecede steril edilebilir olmalıdır.
9. Üründe metal flowmetre ayar düğmesi olmalıdır.
10. Ürün MR uyumlu malzemeden üretilmelidir.
11. Flowmetrenin derecelendirilmiş debimetreside MR uyumlu olmalıdır.
12. Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
13. Ürün MR uyumlu olmadığı takdirde doğacak bütün zararların sorumluluğu ürünü veren ilgili firmada olacaktır.
14. Üretici ISO9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
15. Üretici ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
16. Üretici ISO 14001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

Betül SARSIK  
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Firat DURAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Semalet ÇETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri