

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.03.2025

Sayı: 204
Konu: LUER LOCK UÇLU ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ LUER-LOCK UÇLU			1500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

C) ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ

1. ürün; enjektör, pompa seti ve ilaç hazırlama cihaz setinden, kapalı ve iğneli ya da iğnesiz sistem ile sıvı karışımı ve aktarımın sağlayan çift yönlü kapalı sistem özelliğine sahip olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürün ilaç hazırlama aparatına ve özel kullanım gerektiğinde ilaç sızıntısını önleyecek güvenliğin sağlanması için uyumlu konnektöre kapalı sistem oluşturan şekilde sıvı aktarımı sağlamalı ve bunu gerçekleştirirken luer lock enjektörle kullanılabilir.
3. Teklif edilecek ürün tek parçalı veya oklu olmalı tedavi sırasında kullanılacak tüm antineoplastik ilaçlarla geçimli olmalı ve buna uygun materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Köpü konnektör mekanik olarak kapalı sistem oluşturmali; iğneli ya da iğnesiz geçişe imkân sağlamalıdır.
5. Enjektörün veya bağlantı setlerinin ucunda iken kapalı olan köprü konnektör veya enjektör adaptörü; ancak herhangi bir distal adaptör iğnesiz konnektörler dahil ile bağlandığında sıvı geçişine izin veren yapıda olmalıdır.
6. Ürünün erkek ucuna herhangi bir bağlantı bağlı olmadığına sıvı geçişine izin vermemelidir.
7. ürün; enjektör ucunda, enjektör ile flakondan sıvı alınırken, enjektördeki ilacı infüzyon torbasına sıvı aktarırken; veya herhangi bir infüzyon setinin distal ucunda kapalı sistem oluşturmak için kullanılabilir.
8. Tek tek steril olarak ambalajlanmış ürün EN standartlarına uygun olarak paketlenmelidir. ürün lateks, DEHP ve PVC içermemelidir.
9. Ürün ucundaki konnektör; antineoplastik ilaçlar ile geçimli olmalı, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilir.
10. Enjektör adaptörü flakon içindeki tüm ilacın ekilmesine olanak sağlamalıdır.
11. ürünün bir örneği mutlaka kullanılan birim tarafından görülüp onay verildikten sonra onaylanmalıdır.
12. Yakın miadlı ise ürünün değişiminde sorun yaşanmaması gerekli şekilde miadları yaklaşan ürünler değiştirilmelidir.

Doç. Dr. Kubilay KARABOYUN
Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Kliniği
Dip. Tes. No. 185719
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Hald Erkan