

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

18.03.2025

Sayı: 282

Konu: FORMALDEHİT VE KSİLEN ÖLÇÜM KARTI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FORMALDEHİT YAKA KARTI (FORMALDEHİT İÇİN KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMÜ)			4	Adet		
2	KSİLEN YAKA KARTI (KSİLEN İÇİN KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMÜ)			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FORMALDEHİT VE KSİLEN DÜZEYİ ORTAM ÖLÇÜM KARTI/TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

1. Ölçüm metodu; Formaldehit ve Ksilen için ayrı ayrı, ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü şeklinde olmalıdır.
2. Ölçüm metodu olan kart ya da tüp yakaya takılabilir mekanizmaya sahip olmalı ve yakaya takılmaya uygun olmalıdır.
3. Ölçüm ve ürünlerle ilgili kullanıcıya yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.
4. Kargo firması vb 3. taraflara, kurumumuz ya da kurumumuz çalışanları tarafından taahhüt verilmesi gerekmeyecek şekilde yüklenici firma tarafından düzenleme yapılmalıdır.
5. Numune alınmasından itibaren analiz yapılıncaya kadar geçen sürenin, önerilenden uzun olması durumunda analiz sonuçları güvenilirliğini yitireceği için hizmet/mal kabul edilmeyecek ve hakediş yapılmayacaktır.

A. FORMALDEHİT DÜZEYİ ORTAM ÖLÇÜM KARTI/TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formaldehit düzeyi ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü; kullanan kişinin gün içerisinde laboratuvarında maruz kaldığı ya da yaptığı iş sırasında o işe özgü maruz kaldığı formaldehit düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır.
2. Ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü ile Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği solunum düzeyinde 15 dk'lık kısa süreli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) hesaplanabilmelidir.
3. Ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü, Formaldehit dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
4. Verilen teklif, her bir ölçüm kartını/tüpünü, analiz için ölçüm kartlarının/tüplerinin alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini, gönderimde gerekli materyali ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, firma tarafından herhangi bir ek ücret talep edilmemelidir.
5. Ölçüm kartlarının/tüplerinin hastanemize veya işlem sonrası firmaya gönderilmesi ile ilgili malzeme ve nakliyat masrafı teklif veren firmaya aittir.
6. Firma şayet analiz için ölçüm kartlarının/tüplerinin yurtdışındaki laboratuvara gönderecekse tüm masraflar teklif veren firmaya aittir. Yurtdışına korunaklı olarak gönderilmemesi ve sonuçların tutarsız çıkması vb. sorunlardan firma sorumludur.
7. Firma şayet analiz için ölçüm kartlarının/tüplerinin yurtdışındaki laboratuvara gönderecekse yurtdışına kargo gönderim belgesi, ürünler analiz edildikten sonra raporlarla birlikte kuruma teslim edilmelidir.
8. Analiz sonuçları TÜRKÇE olmalıdır. Ölçümler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Yayınlanan "Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge"de belirtilen şartlarını sağlamalıdır. (Genelge sayısı: 95966346 Genelge tarihi: 2014/5)
8. Ölçüm kartları/tüpleri tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ölçüm kartları/tüpleri ile birlikte her bir ürün için, kullanıcı tarafından doldurulması gereken bilgi formu bulunmalıdır. Bilgi formları Türkçe olmalıdır.
10. Rapor sonucun bu bilgi formuna kaydedilmiş bilgileri de içermelidir.
11. Teslim edilen ürünlere ait miat en az 12 ay olmalıdır. Ürünler hava almayacak şekilde kilitli, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
12. Ölçümü analiz edecek firmanın/laboratuvarın Türkak ya da AIHA LAP, LLC tarafından akredite olduğuna dair belge sunulmalıdır.

B. KSİLEN DÜZEYİ ORTAM ÖLÇÜM KARTI/TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ksilen düzeyi ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü; kullanan kişinin gün içerisinde laboratuvarında maruz kaldığı ya da yaptığı iş sırasında o işe özgü maruz kaldığı ksilen düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır.
2. Ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü ile Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği solunum düzeyinde 15 dk'lık kısa süreli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) hesaplanabilmelidir.
3. Ölçüm kartı ya da ölçüm tüpü, Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
4. Verilen teklif, her bir ölçüm kartını/tüpünü, analiz için ölçüm kartlarının/tüplerinin alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini, gönderimde gerekli materyali ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, firma tarafından herhangi bir ek ücret talep edilmemelidir.
5. Ölçüm kartlarının/tüplerinin hastanemize veya işlem sonrası firmaya gönderilmesi ile ilgili malzeme ve nakliyat masrafı teklif veren firmaya aittir.
6. Firma şayet analiz için ölçüm kartlarının/tüplerinin yurtdışındaki laboratuvara gönderecekse tüm masraflar teklif veren firmaya aittir. Yurtdışına korunaklı olarak gönderilmemesi ve sonuçların tutarsız çıkması vb. sorunlardan firma sorumludur.
7. Firma şayet analiz için ölçüm kartlarının/tüplerinin yurtdışındaki laboratuvara gönderecekse yurtdışına kargo gönderim belgesi, ürünler analiz edildikten sonra raporlarla birlikte kuruma teslim edilmelidir.
8. Analiz sonuçları TÜRKÇE olmalıdır. Ölçümler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Yayınlanan "Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge"de belirtilen şartlarını sağlamalıdır. (Genelge sayısı: 95966346 Genelge tarihi: 2014/5)
8. Ölçüm kartları/tüpleri tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ölçüm kartları/tüpleri ile birlikte her bir ürün için, kullanıcı tarafından doldurulması gereken bilgi formu bulunmalıdır. Bilgi formları Türkçe olmalıdır.
10. Rapor sonucun bu bilgi formuna kaydedilmiş bilgileri de içermelidir.
11. Teslim edilen ürünlere ait miat en az 12 ay olmalıdır. Ürünler hava almayacak şekilde kilitli, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
12. Ölçümü analiz edecek firmanın/laboratuvarın Türkak ya da AIHA LAP, LLC tarafından akredite olduğuna dair belge sunulmalıdır.